

KLASA: UP/I-960-03/01-07/50
URBROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 23. listopada 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke VASIMA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: BC ... i BS...
 - proizvođač mjerila: BIZERBA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Balingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1131
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VASIMA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 27. veljače 2001. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VASIMA d.o.o., Zagreb, Čulinečka 27
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/99-07/100, URBROJ:558-03/9-00-1, od 10. svibnja 2000., pod službenom oznakom HR M-3-1131.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Elektroničko pokazno – upravljački uređaj (EPU) može biti odvojen od vage (pultna, platformska, klaonička)

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru novih elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

| Tip | BC ... |
|--------------------------------------|--|
| Vsta vage | Pultna (za obračun i samoposlugu) i viseća (za obračun i samopuslugu) Platforma (za obračun i brojanje) i klaonička (zidna, kuka i viseća) |
| Max (kg) | ≤ 30 za vage s ugrađenim prijamnikom tereta ≤ 150 za vage odvojenim prijamnikom tereta |
| e = (g) | ≥ 1 |
| d = (g) | ≥ 1 |
| n \leq | 3000 - za vage s dva mjerna područja po području 6000 - za vage s jednim mjernim područjem |
| Područje tare \leq % Max | ≤ 100 % od Max |
| Preset tara | \leq Max \leq Max ₁ kod vaga s dva mjerna područja |
| Temperaturno područje rada (°C) | -10/40 |

3. Crteži za prepoznavanje mjerila

| Crtež | Opis |
|-------------------------------|---|
| Slika 1 Slika 2 Slika 3 | Izgled vaga BS 200 F-E i BS 200 F –T te način ovjere Izgled vaga BCS 500 Izgled vaga BS... Max ≤ 30 kg |

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1

BS 200 F-E/BS 200 F-T



Ovjerni žig u obliku naljepnice na strani kupca

Slika 2

BS 500



Slika 3

