

KLASA: UP/I-960-03/04-07/80
URBROJ: 558-03/9-04-3
Zagreb, 31. prosinca 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: WPS..., WPT... i WWT...
 - proizvođač mjerila: RADWAG i TEHNIČAR UNICOMP
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Radom - Poljska i Zagreb – R. Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1132
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. srpnja 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2. str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR UNICOMP d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb
2. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/80

URBROJ: 558-03/9-04-3

PROIZVOĐAČ: RADWAG i TEHNIČAR UNICOMP

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1132**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : WPS..., WPT.. i WWT...

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/101, URBROJ:558-03/9-00-1, od 22. veljače 2000., pod službenom oznakom HR M -3 -1132.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju osim što će se na prvu primati i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	WPT...	WWT...
Razred točnosti		
Vrsta vage	za palete	za viličar
Broj mjernih pretvornika (MPS)	4 ili (2 x 4)	4
Max (kg)	600...3000	500, 1000, 2000
e = (kg)	0,2...1	0,2 0,5 1
Tara	≤ 100 %	≤ 100 %
n ≤	3000	3000
Tip elektronskog pokazno-upravljačkog uređaja (EPU)	HE4	SC
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vage WPT i EPU tipa HE4 Izgled vage WWT i EPU tipa SC

4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/80

URBROJ: 558-03/9-04-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1132


Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

EPU HE4

Slika 2



EPU SC