

KLASA: UP/I-960-03/99-07/49

URBROJ: 558-03/9-00-2

Zagreb, 06. prosinca 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke VASIMA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### TIPNO ODOBRENJE

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: EL ...
  - proizvođač mjerila: BIZERBA
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Balingen, SR Njemačka
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1136
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka VASIMA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 27. veljače 2001. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvešćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništена na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

#### R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VASIMA d.o.o., Zagreb, Čulinečka 27
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. Opći podaci

**Podnositelj zahtjeva:** VASIMA d.o.o.  
Čulinečka 27  
10000 Zagreb

**Proizvođač mjerila:** BIZERBA

**Vrsta mjerila:** SR Njemačka  
Elektromehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem,  
r.t. **II** i **III**

**Tip mjerila:** EL ...

**Službena oznaka tipa:** HR M-3-1136

## 2. Opis mjerila

### 2.1 Mehanička izvedba

Vaga je izvedena s električnim pokazno – upravljačkim uređajem (EPU) na kućištu, na stupu ili posebno za ugradnju na zid. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjerni pretvornik sile. Izgled vaga prikazan je na slici 1..

### 2.2 Izvedba elektronike

U električnom sklopu vage pojačava se izlazni signal mjernog pretvornika sile i obavlja analogno/digitalno pretvaranje mjernog signala. Digitalni signal obrađuje se u mikroprocesoru, da bi se dobilo podatak o izmjerenoj težini ili neki drugi programski odeđen. Pokazni uređaj prikazuje na prikazu iznos težine i ovisno o ugrađenom programu ostale podatke vagane robe (broj komada). Mjerilo se napaja preko pripadnog sklopa za napajanje 230 V /50 Hz.

### 2.3 Funkcije vase

- ◆ Uređaj za automatsko namještanje ništičnog položaja
- ◆ Uređaj za inicijalno postavljanje ništičnog položaja
- ◆ Poluautomatsko namještanje ništice
- ◆ Uređaj za praćenje nule
- ◆ Uređaj za taru
- ◆ Uređaj za preset taru
- ◆ Uređaj za zaštitu od preopterećenja

## 3. Tehnički podaci

Tip	EL 1000 i EL 7 500	EL 16 500	EL 16 500 , EL 35000 i EL 65000
Razred točnosti	<b>II</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
Max ≤	1000 g i 7500 g	16500 g	16500 g, 35000 g i 65000 g
e =	0,1 g i 1 g	2 g	2 g, 5 g i 10 g
d =	0,01 g i 0,1 g	= e	= e
Tara (subtr)	≤ 100 % Max	≤ 100 % Max	≤ 100 % Max
Tara (preset)	≤ Max	≤ Max	≤ Max
Temperaturno područje	+ 10°C/ + 30°C	+ 5°C/ + 35°C	0°C/ + 40°C

## 4. Sučelja i dodatna oprema

Vage mogu biti opremljene sučeljem EDV, RS232/RS422 C.

## **5. Crteži za prepoznavanje mjerila**

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vaga i način ovjere vaga EL... Način zaštite kalibracije vaga

## **6. Natpisi i oznake**

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vase
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vase: HR M-3-1136
- 5) serijski ili tvornički broj vase
- 6) mjerne područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- 7) ispitni podjeljak ( $e= \dots$ ) ili podjeljak ( $d= \dots$ )
- 8) temperaturno područje rada
- 9) nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

## **7. Postupak ovjeravanja vase**

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vase s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti **(I)**, **(II)**, **(III)** i **(IV)**.

## **8. Način žigosanja vase**

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vase.

Ovjera ispravnosti vase obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice uz prikaz mase (prema slici 1).

Natpisna pločica osigurava se zaštitnim žigom ili zaštitnom naljepnicom od skidanja.

Zaštita od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati, obavlja se postavljanjem zaštitnog žiga prema slici 2, tako da se spriječi otvaranje EPU vase.

## **10. Opaska**

**10.1.** Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o radu s vagom i njezinom održavanju

**10.2.** Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.

**Slika 1**



**Slika 2**



**Zaštitni žig u obliku naljepnice**

