

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60
URBROJ: 558-03/05-05-2
Zagreb, 30. lipnja 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBELA ELSI PRO, d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: GAMA (PT... i VT...), RC... i RD...
 - proizvođač mjerila: LIBELA ELSI d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje, REPUBLIKA SLOVENIJA
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1137
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBELA ELSI PRO d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 10. lipnja 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (6 str.)

RAVNATELJ

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Libela Elsi Pro, d.o.o.,
10000 Zagreb, Crnojezerska 18
2. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60

URBROJ: 558-03/05-05-2

PROIZVOĐAČ: LIBELA ELSI d.o.o.

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1137**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip : GAMA (PT... i VT...),
RD... i RC...**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/01-07/61, URBROJ:558-03/9-01-2, od 10. srpnja 2001., pod službenom oznakom HR M-3-1098.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru i elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom oznakom mjeriteljskih značajki prema tablici 1. i podacima u nastavku:

Tip	RD 1.., RD 4.., RD 5..	RC 1.. i RC 5..
Max ili Max ₁ / Max ₂ (kg)	3 kg ≤ Max ≤ 30 kg	6 kg ≤ Max ≤ 30 kg
e ili e ₁ /e ₂		1 g ≤ e ≤ 10 g
n ≤ n _{max}	s jednim podjeljkom	n ≤ 6000
	s više podjeljka	n ₁ ≤ 3000, n ₂ ≤ 3000
Razred točnosti	III	
Područje tare T ≤	-(Max – e)	-Max
Predodređena tara	-(Max ₁ – e ₁)	-Max ₁
Mjerni pretvornik sile	HBM , TEDEA	HBM , ARBE
Temperaturno područje rada (°C)	-10 / 40	-10 / 40
Nazivni napon	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga RC... i RD..
Slika 2	Moguće izvedbe vaga RC...
Slika 3	Moguće izvedbe vaga RD...
Slika 4	Zaštita od neovlaštena pristupa vaga RD... i RC...

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1137

Slika 1



RD 154



RD 156



RD 100



RD 108



RD 152



RD 104



RD 152



RD 458



RD 454



RD 406



RD 550



RD 552



RC 500

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1137

Slika 2

Tip	PRIKAZI		TISKAČ		IZVEDBA				
	LCD alfanum.	LCD grafički	Traka	Etikete	Prikazi u kućištu	Prikazi na stupu	Prikazi i tastatura na stupu	Viseća	Samo poslužna
RC 100	•			•			•		
RC 102	•			•					•
RC 104	•			•	•				
RC 106	•			•		•			
RC 108	•			•				•	
RC 150	•		•				•		
RC 152	•		•						•
RC 154	•		•		•				
RC 156	•		•			•			
RC 158	•		•					•	
RC 500		•		•			•		
RC 502		•		•					•
RC 504		•		•	•				
RC 506		•		•		•			
RC 508		•		•				•	
RC 550		•	•				•		
RC 552		•	•						•
RC 554		•	•		•				
RC 556		•	•			•			
RC 558		•	•					•	

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1137

Slika 3

I.1 Tip	PRIKAZI		TISKAČ		IZVEDBA				
	LCD alfanumerički		Traka	Etikete	Prikazi u kućištu	Prikazi stupu	Prikazi i tipkovnica na stupu	Viseća	Samo poslužna
RD 100	•			•			•		
RD 102	•			•					•
RD 104	•			•	•				
RD 106	•			•		•			
RD 108	•			•				•	
RD 150	•		•				•		
RD 152	•		•						•
RD 154	•		•		•				
RD 156	•		•			•			
RD 158	•		•					•	
Tip	LCD alfanum.	LCD grafički	Traka	Etikete	Prikazi u kućištu	Prikazi na stupu	Prikazi i tipkovnica na stupu	Viseća	Samo poslužna
RD 400	•			•			•		
RD 402	•			•					•
RD 404	•			•	•				
RD 406	•			•		•			
RD 408	•			•				•	
RD 450	•		•				•		
RD 452	•		•						•
RD 454	•		•		•				
RD 456	•		•			•			
RD 458	•		•					•	
RD 500		•		•			•		
RD 502		•		•					•
RD 504		•		•	•				
RD 506		•		•		•			
RD 508		•		•				•	
RD 550		•	•				•		
RD 552		•	•						•
RD 554		•	•		•				
RD 556		•	•			•			
RD 558		•	•					•	

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1137

Slika 4

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/60

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1137



Zaštitni žig u obliku naljepnice

Vage tipa RC xxx