

KLASA: UP/I-960-03/02-07/136
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 18. prosinca 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGA - UTEG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: 748 P
 - proizvođač mjerila: CARDINAL
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SAD
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1142
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGA - UTEG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. prosinca 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGA - UTEG d.o.o., 10000 Zagreb, Draškovićeve 74
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/01-07/140, URBROJ:558-03/9-01-2, od 05. rujna 2001., pod službenom oznakom HR M -3 -1142.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primati će se cestovne vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	748 P
Razred točnosti	III
Max (kg)	30000...60000
e = (kg)	10 ili 20
n ≤	3000
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40
Elektronički pokazno-upravljački uređaj (EPU)	Cardinal 748 P
Mjerni pretvornici sile (MPS): proizvođač/tip/broj MPS	Cardinal/DB – 50000ES/8 Cardinal/CB6/1 *
Prijamnik tereta ** (m)	Čelični ili čelično betonski izveden iz do 3 modula (10...20) × 3,3 Čelični most s polužnim sistemom na 8 oslonaca i MPS na poteznoj šipci

* Mogu i drugih proizvođača odobrenih za upotrebu u Europi *

** Mogu i druge izmjere po želji naručitelja **

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 i 2 Slika 3	Izgled EPU vage tip CARDINAL 748P i pokazivanja kod prekoračenja Max te način ovjeravanja i zaštite Izgled modula prijarnika tereta iz čelično betonskog gradiva i čeličnog gradiva, način upinjanja MPS te izgled vage postavljene u sjevernoj luci Split

4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

Slika 1



Pokazivanje Max + 2e




Pokazivanje Max + 9e
ol (over load) = prekoračenje Max

Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig u obliku plastične plombe



Slika 2

Slika 3

