

KLASA: UP/I-960-03/05-07/35
URBROJ: 558-03/06-05-2
Zagreb, 18. travnja 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: AP(Cxxx, Kxxx, Pxxx i Zxxx) i TX/RX
 - proizvođač mjerila: N.B.C. ELETTRONICA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Delebio, Italija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1143
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. Podaci o izmjenama i dopunama tehničkih i mjeriteljskih značajki mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 08. travnja 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, utvrđeno je da mjerilo udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da je prikladno za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Libra Tehničar Alba d.o.o.,
10000 Zagreb, II Pračanska 6a
2. OMP PJ – PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split i PJ Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/35

URBROJ: 558-03/6-05-2

PROIZVOĐAČ: N.B.C. ELETTRONICA

MJERILO: Elektromehanička vaga tip: TX/RX i

AP(Cxxx, Kxxx, Pxxx i Zxxx)

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1143

1. **TEHNIČKI OPIS VAGE**

Prema rješenju o tipnom odobrenju : KLASA:UP/I- 960-03/01-07/190, URBROJ:558-03/09-02-1, od 30. rujna 2002., pod službenom oznakom HR M-3-1143.

2. **TEHNIČKI PODACI**

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih kranških vaga tipa TX/RX, s daljinskim radio upravljanjem tipa RXPORT proizvodnje N.B.C. ELETTRONICA – Italija. Upravljanje radom vage vrši se putem tipki na vagi ili radio vezom putem daljinskog upravljača tipa RXPORT kojim se podaci mogu slati na ispis ili pohranu u računalo.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip	TX/RX
Razred točnosti	III
Broj MPS	1
Vrsta vage	kranška
Prijamnik tereta	
Max (kg)	3200 ... 10000
e (kg)	1...5
n ≤	3200
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40
Frekvencija radio veze	434,075 do 434, 525 MHz

3. **CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA**

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage tipa DYNAMOMETER 01-TX i daljinskog radio upravljača tipa RXPORT te način ovjere i zaštite natpisne pločice
Slika 2	Izgled prikaza prekoračenja Max opterećenja te način zaštite vage od otvaranja

4. **OSTALO**

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/25


URBROJ: 558-03/6-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1143

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig u obliku naljepnice



Proizvođač	N.B.C. ELETTRONICA	Tip	TX/RX
Tvor. br.	001806	Razred točnosti	III
Podjeljak	2 kg	Ispit. podj. e	5 kg
Max.	6000 kg	Min.	100 kg
God. izrade	2004	Sl. oznaka	HR M-3-1143

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/1-960-03/05-07/25

URBROJ: 558-03/6-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1143

Slika 2



Zaštitni žig u obliku naljepnice

