

KLASA: UP/I-960-03/04-07/116
URBROJ: 558-03/9-04-6
Zagreb, 14. prosinca 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SERVER - MARK d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DI-...-SVM, DS-...-SVM
 - proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd, Shanghai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD-Digi House i Server Mark d.o.o
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Japan, NR Kina, Singapur, V.Britanija i Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1144
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER - MARK d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 26. listopada 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2. str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SERVER - MARK d.o.o., 10000 Zagreb,
2. J. Martinovića 9
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/135

URBROJ: 558-03/9-04-6

**PROIZVOĐAČ: Teraoko Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd.,
Shangai Teraoka Electronic Ltd., Digi Europe LTD House
i Server Mark d.o.o.**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : DI-...SVM, DS...SVM

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1144**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/01-07/193, URBROJ:558-03/9-01-2 od 13. prosinca 2001. i dopuni tipnog odobrenja KLASA:UP/I-960-03/02-07/135, URBROJ:558-03/9-03-2 od 31. siječnja 2003. pod službenom oznakom HR M-3-1144.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru mogu se se vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	DS-160-...SVM DS-516-SVM DS-690-SVM DS-865, DS-870	DI-...-SVM	DI-...-SVM	DI-...-SVM
Razred točnosti	III	III	III	III
Broj mjernih pretvornika	1	1	2	4
Vrsta vage	pultna, platforma	pultna, za brojanje, računanje cijene, platforma, zidna klaonička,	klaonička na tračnici	platforma, ručni i viljuškar s pogonom
Max	(0,600...600) kg	(3...600) kg	(300 i 600) kg	(600...2400) kg
e = (g)	0,2...200	1...200	100 i 200	200...1000
n ≤	3000	3000	3000	3000
Područje tare ≤ %	100	100	100	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	DS-160 DS-516 DS-690 DS-865 DS-870	DI-10, DI-30, DI-28, DI-80, DI-90, DI-150, DI-160, DI-200 DI-6xx, DI-7xx, DI-8xx, DI-200, DI-700,	DI-10, DI-30 DI-28, DI-80, DI-90, DI 160, DI- 170, DI-200, DI-6xx, DI-7xx, DI-8xx	DI-10, DI-28, DI-80, DI-90, DI 150, DI-160, DI-2xx, DI-300, DI-470, DI-6xx, DI-7xx, DI-8xx, DI-1000, DI-1100

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU DI-(200, 700, i 880)

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/135

URBROJ: 558-03/9-04-6

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1144

Slika 1

DI-700



DI-200



DI-880

