

KLASA: UP/I-960-03/02-07/85
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 23. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: WE 2108
 - proizvođač mjerila: GAPA i BATSCH
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Hradec Králové, Republika Češka i Loosdorf, Austrija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1147
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 11. srpnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb,
Koturaška cesta 17
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I-960-03/02-07/67, URBROJ: 558-03/9-02-2, od 03. srpnja 2002., pod službenom oznakom HR M-3-1147.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih cestovnih vaga prijamnika tereta izrađenog iz jednog ili više dijelova, čelične, čelično betonske ili betonske (armirani ili prednapregnuti beton) oslonjenih na (4 do 12) mjernih pretvornika sile (MPS).

Tip	WE 2108
Max	(20000 ... 60000) kg
e	(10...50) kg
n	≤ 3000 e
Mjerni pretvornik sile (MPS) Tip/Broj komada/Proizvođač	C16AC3/(4 do 12)/HBM ili drugih proizvođača odobrenih za uporabu u Europi
Izmjere prijamnika tereta	(do 27 x 3) m

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA


Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU WE2108 te način ovjeravanja i zaštite od neovlaštenog otvaranja kao i zaštitni žig natpisne pločice Način zaštite spojne kutije kablova MPS
Slika 2	

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.



Slika 1

Ovjerni žig u obliku naljepnice




Otvor kalibracionog prekidača

Zaštitni žig u obliku naljepnice



Slika 2



**Zaštitni žig u obliku
naljepnice**