

KLASA: UP/I-960-03/04-07/126
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 15. listopada 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke SKALA d.o.o., Reisnerova 97, 31000 Osijek, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: mehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: KF10 i KF 20
 - proizvođač mjerila: Skala d.o.o. i Vaga Mol, Osijek
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Osijek, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1148
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SKALA d.o.o, Reisnerova 97, 31000 Osijek, podnijela je ovom Zavodu, 04. listopada 2004. godine, zahtjev za produljenje valjanosti tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja i dodjeljivanje nove službene oznake. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda

točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SKALA d.o.o., Reisnerova 97,
31000 Osijek
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/126

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: SKALA d.o.o. i VAGA MOL

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1148**

MJERILO: Mehanička vaga tip : KF10 i KF20

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: SKALA d.o.o.
Reisnerova 97
31000 Osijek

Proizvođač mjerila: SKALA d.o.o. i VAGA MOL
Osijek

Vrsta mjerila: Mehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem,
razreda točnosti III i IIII .

Tip mjerila: KF10 i KF 20

Službena oznaka tipa: HR M-3-1148

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba

Dozvoljava se, pod ovom službenom oznakom, podnošenje na 1.ovjeru mehaničkih vaga izgrađenih prema starim tipnim odobrenjima M-3-(...55, 56, 63, 64 ...141,... 183 ili drugih) mehaničkih vaga mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku.

Vaga je izvedena s mehaničkom mjernom napravom. Sila od mase prenosi se s prijarnika tereta na mehaničku mjernu napravu. Izgled vage prikazan je na slici 1. i 2.

Sila od mase tereta postavljenog na prijarnik mase uravnotežuje se pomicanjem pomičnih utega na ljestvicama mehaničke naprave. Zbroj očitavanja ljestvica pomičnih utega predstavlja masu tereta odloženog na prijarnik tereta.

3. Tehnički podaci

Tip	KF10 , KF20
Max (kg)	10 20
e = (g)	10 20
n = ≤	1000
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

4. Crteži za prepoznavanje mjerila

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vage KF 20 s dvije ljestvice na istom kraku Sklopni nacrt vage KF20 s jednom ljestvicom na svakom kraku (mala na strani tara utega i velika na drugom kraku)

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/126

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1148

5. Natpisi i oznake

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vage
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vage: HR M-3-1148
- 5) serijski ili tvornički broj vage
- 6) mjerno područje

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

6. Postupak ovjeravanja vage

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III**.

7. Način žigosanja vage

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vage. Ovjera ispravnosti vage obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga na za to predviđeno mjesto. Natpisna pločica osigurava se zaštitnim žigom u obliku naljepnice.


PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/126

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1148

Slika 1



PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/126

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1148

Slika 2

