

KLASA: UP/I-960-03/03-07/28
URBROJ: 558-03/9-03-4
Zagreb, 12. ožujka 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke FESTTA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: BWB-800 i BD-585
 - proizvođač mjerila: TANITA Corporation
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Tokyo - Japan
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1149
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka FESTTA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. ožujka 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. FESTTA d.o.o., 10000 Zagreb, Braće Cvijića 32
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/02-07/1112, URBROJ:558-03/9-02-2,
od 18. prosinca 2002. pod službenom oznakom HR M-3-1149.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru mogu se primati vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	BWB – 800	BD - 585
Max (kg)	200	20
e = (g)	≥ 50	10
n ≤	3000	3000
Temperaturno područje rada (°C)	0/40	0/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA


Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage BD-585 i način ovjere zaštite natpisne pločice

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.

Slika 1

BD-585



**Ovjerni žig u obliku
naljepnice**

**Zaštitni žig u obliku
naljepnice**