

KLASA: UP/I-960-03/05-07/73
URBROJ: 558-03/05-05-2
Zagreb, 05. listopada 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: AMW 22-2, MW xxx i Txx
 - proizvođač mjerila: RAVAS EUROPA B. V.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: KA Zaltbommel, Nizozemska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1150
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 14. rujna 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o.,
10000 Zagreb, II Pračanska 26a
OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
2. Pismohrana, ovdje
3. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/02-07/127, URBROJ:558-03/9-02-2, od 12. prosinca 2003., pod službenom oznakom HR M-3-1154.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom oznakom ugrađenih u ručne viličare proizvodnje LINDE AG, SR Njemačka mjeriteljskih značajki prema tablici 1. i podacima u nastavku:

Tip	MW xxx i T xx
Max	≤ 3000kg
e	0,200... 2 k g
n	≤ 3000 e

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled EPU vage ugrađenog u konzolu ručnog viličara tipa MW xxx.. Izgled EPU vage tipa MW xxx i način ovjere

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1





Ovjerni žig u obliku naljepnice

Slika 2