

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/03-07/57
URBROJ: 558-03/9-03-3
Zagreb, 20. listopada 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 81/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: CW..., CAPP..., IS..., IWA..., CAPS..., C..., SEP..., IF..., IU... i EX...
 - proizvođač mjerila: SARTORIUS AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 37075 Göttingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1152
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, podnijela je ovom Zavodu, 01. kolovoza 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.,
2. 10290 Zaprešić, Savska 45
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRIOLOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I/-960-03/03-07/57
URBROJ: 558-03/9-03-3

PROIZVOĐAČ: SARTORIUS AG

MJERILO: Elektromehanička vaga tip CW..., CAPP..., CAPS...,
C..., IS..., IWA..., ILP..., SEP..., IF..., IU..., i EX...

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1152

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I/- 960-03/00-07/126, URBROJ:558-03/9-03-1, od 28. ožujka 2003.,
pod službenom oznakom HR M -3 -1152.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila proizvodnje SARTORIUS AG, tvorničke oznake tipa
i mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

| Tip | IS..., IWA..., ILP..., SEP..., IF..., IU..., i EX... | CW..., CAPP..., CAPS..., C |
|---|--|------------------------------------|
| Razred točnosti | II | III |
| Broj mjernih pretvornika | 1 ili 4 | 1 ili 4 |
| Vrsta vage | | platforma |
| Max. Max1/Max2 | 3...3000kg | 1,5kg...3000 kg |
| e, e1/e2 | 10d | e = d |
| d | 0,01g...100g | 0,5g...1000g |
| n ≤ | 100 000 | 3000 |
| n1/n2 | | 2 × 3000 |
| Područje tare ≤ % | 100 | 100 |
| Izmjere prijamnika tereta * | (320 × 240)mm do | (2000 × 1500)mm |
| Temperaturno područje rada (°C | 10/30 | -10/40 |
| Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU) | FCT01..., QAT01..., QC..., QCT01..., C..., i SEBT01... | Combics 1, Combics 2 ili Combics 3 |


*mogu i druge izmjere po želji naručitelja

3. Crteži za identifikaciju mjerila

| Crtež | Opis |
|---------|---|
| Slika 1 | Izgled EPU FCT01-X i QCT01 te način ovjeravanja |
| Slika 2 | Izgled EPU QAT01 i SEBT01-000T |

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.


DRŽAVNI ZAVOD ZA
NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
P.P. 375
ZAGREB
10002


PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/57

URBROJ: 558-03/9-03-3

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1152

Slika 1



Handwritten signature
10032 2 1 0 3 1 1
NPRIZNACIJE I MJERILARSTVO
DREŽNIK ZAVOD ZA
MJEŠTARSTVO


PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA
KLASA UP1-960-03/03-07/57
URBROJ 558-03/9-03-3

PROIZVOĐAČ: SARTORIUS AG

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1152


MJERILO: Elektromehanička vaga tip CW..., CAPP..., CAPS...,
C..., IS..., IWA..., ILP..., SEP..., IF..., IU..., i EX...

Slika 2



QAT01

Ovjerni žig u obliku
naljepnice



SEBT01-000T