

KLASA: UP/I-960-03/04-07/139
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/04) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: CW..., CAPP..., CAPS..., C..., PMA..., QA..., QC... i QT...
 - proizvođač mjerila: SARTORIUS AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 37075 Gottingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1152
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, podnijela je ovom Zavodu, 19. studenoga 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.,
2. 10290 Zaprešić, Savska 45
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/139

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: SARTORIUS AG

Službena oznaka tipa:

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : CW..., CAPP..., CAPPS..., C..., PMA..., QA..., QC... i QT... HR M-3-1152

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/00-07/126, URBROJ:558-03/9-03-1, od 28. ožujka 2003. i dopuni tipnog odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/03-07/57, URBROJ:558-03/9-03-3, od 20. listopada 2004., pod službenom oznakom HR M -3 -1152.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

- 2.1. Na prvu ovjeru primat će se i mjerila proizvodnje SARTORIUS AG, tvorničke oznake tipa i mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

| Tip | CW...,CAPP..., CAPS..., C..., PMA..., QA..., QC..., QT... | |
|---|---|------------------|
| Razred točnosti | | |
| Broj mjernih pretvornika | 1 ili 4 | 1 ili 4 |
| Vrsta vage | platforma | |
| Max, Max1/Max2 | 3...3000kg | 1,5kg...3000 kg |
| e, e1/e2 | 10d | e = d |
| d | 0,1g...100g | 0,5g...1000g |
| n ≤ n1/n2 | 75 000 | 3000 2 × 3000 |
| Područje tare ≤ % | 100 | 100 |
| Izmjere prijamnika tereta * | fi 233mm (320 × 240)mm do (2000 × 1500)mm | |
| Temperaturno područje rada (°C) | 10/30 | -10/40 |
| Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU) | Combics 1, Combics 2 ili Combics 3 FCT01..., QAT01..., QC..., QCT01..., C..., EA...,PMA... | |

*mogu i druge izmjere po želji naručitelja

3. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

| Crtež | Opis |
|---------|---|
| Slika 1 | Izgled EPU QA i QC te način ovjeravanja |
| Slika 2 | Izgled PMA i QT |

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/1139

URBROJ: 558-03/9-04-2


Službena oznaka tipa:
HR M-3-1152

Slika 1



QA...

Ovjerni žig u obliku
naljepnice



QC...

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/1139

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1152

Slika 2



PMA...

Ovjerni žig u obliku
naljepnice



QT...