



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/69
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 30. lipnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke METRON d.o.o., Ulica grada Chicaga 3, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

- Odobrava se dopuna tipa mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: ACSxx(C,MA, PC, SU i W), BSxxC, TSCxxx(C, PC i W)
 - proizvođač mjerila: SYWA Co., Ltd.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Shanghai, Kina
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1160
- Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
- Ovo rješenje o dopuni tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
- U prilogu ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka METRON d.o.o., Ulica grada Chicaga 3, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 23 lipnja 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

- METRON d.o.o., Ulica grada Chicaga 3, 10000 Zagreb
- OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
- Pismohrana, ovdje
- Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/03-07/126, URBROJ:558-03/9-04-1, od 29. ožujka 2004., pod službenom oznakom HR M-3-1160.

2. TEHNIČKI PODACI

Na 1. ovjeru primat će se i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	ACSxx (MA i SU)	TCSxxxx(C,PC i W)
Razred točnosti	III	III
Broj MPS	1	1 1 ili 4
Vrsta vage	Pultna	Platforma mehaničkih vaga s polužnim sistemom i MPS na poteznoj poluzi Platforma
Max (kg) Max1/Max2 (kg)	0,300...60	100...5000
e (g)	0,1...20	50...2000 g
n ≤	3000	
Područje tare ≤	Max	
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	u kućištu vage ili na stupu	Tip XK-3100xx- na stupu vage ili odvojen (na zidu i sl.) C= za brojanje PC= računar cijene W= za vaganje
Izmjere platforme (mm)	do (300 × 400) *	do (1500 × 2000') *

- mogu i druge izmjere po želji naručitelja *

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled hibridne vage TCS500 i EPU tipa XK3100xx s ugrađenim MPS i nastavkom za poteznu polugu rijamnika tereta mehaničke vage
Slika 2	Izgled vaga ACS-MA-15 i ACS-SU-3

3. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



Slika 2



ACS-MA-15



ACS-SU-3