



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/09-07/45
URBROJ: 558-02/1-1-4-09-2
Zagreb, 30. listopada 2009.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke METRON d.o.o., Grada Chicaga 3, 10000 Zagreb, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: ASCxx (C, MA, PC, SU i W), BSxxxxC, TSCxxx (C, PC i W)
 - proizvođač mjerila: SYWA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Shanghai, Kina
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1160
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Objasnenje

Tvrtka, METRON d.o.o. podnijela je ovom Zavodu, 29. listopada 2009. godine, zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

Dostaviti:

1. METRON d.o.o., Grada Chicaga 3, 10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/09-07/45

URBROJ: 558-02/1-1-4-09-2

PROIZVOĐAČ: SYWA Co., Ltd.

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1160

MJERILO: neautomatska elektromehanička vaga tip :

ACSxx(C,, MA, PG, SU, i W), BSxxxxC, TSCxxxx(C, PC i W)

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

- 1.1. Prema prilogu tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/04-07/144,URBROJ:558-03/9-04-2, od 29. ožujka 2004. i dopunama tipnih odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/04-07/101, URBROJ:558-03/9-04-2, od 06. rujna 2004. i KLASA:UP/I- 960-03/04-07/144, URBROJ:558-03/9-04-2, od 22. prosinca 2004.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u prilogu:

Tip	BSxxxxC
Razred točnosti	II
Broj MPS	1
Max. (g)	150 – 32000 g
e	0,01 – 2g
d	0,001- 1 g
n ≤	15000
Područje tare ≤	Max.
Temperaturno područje rada °C	10-30
Elektronički pokazno-upravljački uređaj (EPU)	Na kućištu vage
Izmjere platforme	Ø120mm, 125x145mm,220x265mm, 235x335mm

- 2.1. Pristup kalibraciji mora biti izveden zaštitom kućišta od otvaranja.

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vage i način ovjeravanja Izgled zaštite kućišta od otvaranja i pristupu kalibracionom prekidaču (jumper)

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnih odobrenja.


PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/09-07/45


URBROJ: 558-02/1-1-4-09-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1160

Slika 1



BS 150...3000 C
Platforma Ø120mm ili 125x145mm



BS 6000...11000 C
Platforma 220x265mm



BS 3000...32000 C
Platforma 235x335mm



BS 3000...32000 C
Platforma 220x265mm

Handwritten signature

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/09-07/45


URBROJ: 558-02/1-1-4-09-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1160

Slika 2



Zaštitni žig u obliku naljepnice



Handwritten signature