

KLASA: UP/I-960-03/04-07/86  
URBROJ: 558-03/9-04-2  
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke SERVIS ZA VAGE, Zagrebačka 9, 42000 Varaždin, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE**  
**O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

1. Odobrava se dopuna tipa mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: IL BWxxxX, IL Cxx, IL MLxxX, IL RxxX i IL WxxX
  - proizvođač mjerila: MOTEX Scales Co., LTD.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Seoul, Korea
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1161
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje o dopuni tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVIS ZA VAGE, Zagrebačka 9, 42000 Varaždin, podnijela je ovom Zavodu, 20. srpnja 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

**RAVNATELJ**

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SERVIS ZA VAGE, Zagrebačka 9,  
42000 Varaždin
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/86

URBROJ: 558-03/9-04-2

**PROIZVOĐAČ: MOTEX Scales CO., LTD.**

**Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1161**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip : IL BWxxxX, IL Cxx,  
IL MLxxX, IL RxxX i WxxX**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/04-07/86, URBROJ:558-03/9-04-2, od 12. veljače 2004. pod službenom oznakom HR M-3-1086.


2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila osim:

Tip	IL RxxX, IL WxxX
Razred točnosti	III
Broj MPS	1
Vrsta vage	Pultna
Max	1,5...30kg
e	0,5...10 g
n ≤	3000
Područje tare ≤	Max/2
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	u kućištu vage (N) ili na stupu (P)

3.1. Način označavanja tipa

**(WxxX ili RxxX)**



4. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage i način ovjeravanja
Slika 2	Način zaštite kalibracionog prekidača vage te zaštita kućišta vage

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/86

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1161

3. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

**Slika 1**



**IL WB5**

Ovjerni žig u obliku naljepnice



**IL RB15N**

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/86

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1161

**Slika 2**



**IL WB5**

Zaštitni žig u obliku naljepnice



**IL RB15N**