

KLASA: UP/I-960-03/04-07/86
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 06. rujna 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke SERVIS ZA VAGE, Zagrebačka 9, 42000 Varaždin, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipa mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: BWxxxX, Cxx, MLxxX, RxxX, RBxxX, WxxX i WBxxX
 - proizvođač mjerila: MOTEX Scales Co., LTD.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Seoul, Korea
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1161
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje o dopuni tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVIS ZA VAGE, Zagrebačka 9, 42000 Varaždin, podnijela je ovom Zavodu, 20. kolovoza 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SERVIS ZA VAGE, Zagrebačka 9,
42000 Varaždin
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/105

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: MOTEX Scales CO., LTD.

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1161**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip : BWxxxX, Cxx, MLxxX,
RxxX, RBxxX, WxxX i WBxxX**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/03-07/147, URBROJ:558-03/9-04-1, od 12. veljače 2004. i rješenju o dopuni rješenja o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/04-07/86, URBROJ:558-03/9-04-2, od 21. srpnja 2004. pod službenom oznakom HR M-3-1161.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema želji zahtjevatelja u oznaci tipa ukida se slovočana oznaka "IL" za sve tipove vage a ostalo kao u tablici u nastavku:

Tip	CxxX, MLxxX, RxxX, RBxxX, WxxX i WBxxX	BW xxxX
Razred točnosti	III	III
Broj MPS	1	1
Vrsta vage	Pultna	Platforma
Max (kg)	1,5...30	60...300
Max1/Max2 (kg)	6/15	60/150
e (g)	0,5...10	10...100 g
e1/e2 (g)	2/5	20/50
n ≤ n1/ n2 ≤	6000 e za jednodručne vage 3000 e za višepodručne vage	
Područje tare ≤	Max	
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	u kućištu vage (N) ili na stupu (P)	na stupu vage (P) i odvojen (na zidu i sl.)

3. OSTALO

Prema gore navedenim rješenjima o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja.