

KLASA: UP/I-960-03/04-07/155
URBROJ: 558-03/9-05-1
Zagreb, 10. siječnja 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke PRECIZ, Duga 139, 31216 Antunovac, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipa mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: NPDV50E i SBV-...
 - proizvođač mjerila: VAGAR
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Novi Sad, SiCG
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1163
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje o dopuni tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ovog rješenja o dopuni tipnog odobrenja mjerila su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka PRECIZ, Duga 139, 31216 Antunovac, podnijela je ovom Zavodu, 24. prosinca 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. PRECIZ, Duga 139,
31216 Antunovac
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/155

URBROJ: 558-03/9-05-1

PROIZVOĐAČ: VAGAR.

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1163**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip : NPDV50E i SBV - ...

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/04-07/90, URBROJ:558-03/9-04-2, od 06. kolovoza 2004., pod službenom oznakom HR M-3-1163.

2. TEHNIČKI PODACI

Na 1. ovjeru primat će se i vage tipa SBV - ... s elektroničkim pokazno upravljačkim uređajem (EPU) tipa WE 110 i (4 do 8) mjernih pretvornika sile (MPS) tipa C16AC3, proizvodnje HBM- SR Njemačka, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	SBV - ...
Razred točnosti	III
Broj MPS	(4 do 8)
Vrsta vage	cestovna
Prijamnik tereta	Armirano betonskog gradiva, izveden iz (1, 2 ili 3) dijela izmjere do (18 × 3) m *
Max (kg)	20000 ...60000
e (kg)	10 ili 20
n ≤	3000 e
Mjerni pretvornik sile(MPS)/proizvođač	C16AC3/HBM **
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)/kućište	WE2110/ VK ili SK1

* Mogu i druge izmjere po želji naručitelja

** Mogu i tipovi drugih proizvođača odobreni za uporabu u Evropi

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled EPU tipa WE2110/VK i WE2110/SK1 i način ovjere i zaštite Izgled prijamnika tereta iz 3 dijela izmjera (18 × 3) m te način upinjanja MPS

3. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju o odobrenju tipa mjerila.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/04-07/155

URBROJ: 558-03/9-05-1

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1163

Slika 1



1. Kućište EPU tipa VK
2. EPU tipa WE 2110
3. Natpisna pločica i način zaštite
4. Zaštitni žig kalibracije u obliku plastične plombe
5. Vijak s rupom za zaštitu kućišta od otvaranja

1. Kućište EPU tipa VK
2. EPU tipa WE 2110
3. Natpisna pločica i način zaštite
4. Zaštitni žig kalibracije u obliku plastične plombe
5. Vijak s rupom za zaštitu kućišta od otvaranja

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/155

URBROJ: 558-03/9-05-1

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1163

Slika 2

