



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: 960-03/15-01/69
URBROJ: 378-02-01/1-15-3
Zagreb, 30.7.2015.

LIBRA tehničar d.o.o.
II Pračanska 6a
HR-10000 Zagreb

PREDMET: Zamolba za objašnjenjem tipnog odobrenja HR M-3-1164

Poštovani,

u vezi s upitom koji ste podnijeli Državnom zavodu za mjeriteljstvo, KLASA: 960-03/15-01/69, URBROJ: 378-02-01/1-15-1 zaprimljen dana 14.7.2015. godine, a kojim ste postavili upit za objašnjenjem tipnog odobrenja HR M-3-1164 odgovaramo slijedeće:

Dana 8.3.2013. godine zaprimljen je zahtjev za pokretanjem postupka dopune tipnog odobrenja oznake HR M-3-1164. Na osnovu zaprimljenog zahtjeva dana 16.4.2013. godine izdano je Rješenje o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-034-02/13-04/17, URBROJ: 558-02-01-01/4-13-2.

U izreci Rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila pod točkom 3. Navedeno je da predmetno Rješenje vrijedi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.

U obrazloženju Rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-034-02/13-04/17, URBROJ: 558-02-01-01/4-13-2, (stavak 3.) pogrešno je navedeno da Rješenje vrijedi 10 godina, obzirom da je u izreci Rješenja navedeno točno važenje predmetnog Rješenja.

Temeljem Zakona o opće upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09) Državni zavod za mjeriteljstvo može rješenjem ispraviti pogreške u pisanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo.

Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

U zahtjevu navodite da imate ugovorno vezane obaveze koje ste sklopili temeljem ponude broj 083-RI-SI/13 od dana 12.2.2013 godine prema kupcu SIEMENS d.d. Heinzelova 70/A, Zagreb.

Iz priložene dokumentacije vidljivo je da ste krenuli u postupak sklapanja ugovora u vrijeme važenja Rješenja o odobrenju tipa mjerila. Državni zavod za mjeriteljstvo ne vidi prepreke da neautomatske vage koje su predmet ugovornih obaveza prođu postupak ispitivanja i prve ovjere.

Kako Vas ne bi doveli u nemogućnost ispunjavanja ugovornih obaveza i stvorili Vam dodatne troškove dozvoljava se prva ovjera neautomatskih vaga i to:

1. Neautomatske vage – 2 komada

- Tvorniča oznaka: VV IND 560/6
- Tvornički brojevi: 201504505; 201504506
- Proizvođač: Libra tehničar d.o.o., Zagreb, II Praćanska 6a
- Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1164
- Mjesto postavljenja (sukladno Ugovoru i Ponudi): RN Sisak

2. Neautomatske vage – 2 komada

- Tvorniča oznaka: VV IND 560/6
- Tvornički brojevi: 201504507; 201504508
- Proizvođač: Libra tehničar d.o.o., Zagreb, II Praćanska 6a
- Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1164
- Mjesto postavljenja (sukladno Ugovoru i Ponudi): RN Rijeka

Prva ovjera će se provesti samo u slučaju ako iste zadovoljavaju uvjete propisane Rješenjem o odobrenju tipa mjerila i pripadajućim dopunama, te ako zadovoljavaju temeljne zahtjeve iz Dodatka I. Pravilnika o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage („Narodne novine“ broj: 75/13).

Ovim dopisom odobravamo prvu ovjeru gore navedenih neautomatskih vaga.

Ovim dopisom ne udovoljavamo vašoj molbi za produljenjem važenja Rješenja o odobrenju tipa mjerila neautomatske vage.



Dostaviti:

1. LIBRA tehničar d.o.o., II Praćanska 6a, HR-10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje.