



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/14-04/28

URBROJ: 558-02-01/1-14-2

Zagreb, 21.10.2014.

Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju čl. 104. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09) radi ispravljanja pogreške u rješenju, po službenoj dužnosti donosi

### RJEŠENJE

#### **o ispravku rješenja o odobrenju tipa HR M-3-1170**

U rješenju ovog tijela KLASA: UP/I-960-03/05-07/94; URBROJ: 558-03/6-05-2, od 19.12.2005. godine, ispravlja se pogreška o valjanosti roka tipnog odobrenja:

U točki 3. Na mjestu gdje piše „3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 14. rujna 2010.“ ispravlja se pogrešan rok valjanosti, te se mijenja se i glasi:

**„3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina“.**

Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak Rješenje koje se ispravlja.

### Obrázloženje

Tvrtka Sartorius Croatia-libra elektronik d.o.o., Savska 45a, 10290 Zaprešić dopisom zaprimljenim 22.9.2014. KLASA: UP/I-034-02/14-04/28, URBROJ: 558-02-01/1-14-1 zatražila je da se gore navedena pogreška ispravi.

U rješenju o tipnom odobrenju mjerila Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdanom na zahtjev tvrtke LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Savska 45a, 10290 Zaprešić, KLASA: UP/I-960-03/05-07/94; URBROJ: 558-03/6-05-2, od 19.12.2005. godine, u točki 3. omaškom je prilikom pisanja roka valjanosti tipnog odobrenja mjerila naveden kraći rok, te se ovim rješenjem ispravlja navedena pogreška.

U navedenom Rješenju, u točki 3. je pogreškom određen kraći rok valjanosti izdanog rješenja o tipnom odobrenju u odnosu na članak 8. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (NN 82/02) koji glasi: „*Ako se tipnim ispitivanjem mjerila utvrdi da mjerilo zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve i da je prikladno za uporabu, ravnatelj Zavoda izdaje tipno odobrenje u kojem određuje i službenu oznaku tipno ispitanih mjerila pod kojom se ova mjerila mogu podnositi na ovjeravanje. Tipno odobrenje iz stavka 1. ovog članka vrijedi 10 godina*“.

Obzirom da je tipnim ispitivanjem utvrđeno da mjerilo zadovoljava propisane mjeriteljske zahteve i da je prikladno za uporabu, ovim se Rješenjem o ispravku tipnog odobrenja ispravlja progrešan rok valjanosti Rješenja o odobrenju tipa mjerila KLASA: UP/I-960-03/05-07/94; URBROJ: 558-03/6-05-2, od 19.12.2005. godine.

Kako je u vrijeme donošenja Rješenja o tipnom odobrenju na snazi bio, kao i sada, isti Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (NN 82/02), to se primjenom Članaka 8. ispravlja kraći rok valjanosti rješenja.

Sukladno navedenom, na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/2009), riješeno je kao u izreci ovog Rješenja o ispravku rješenja o tipnom odobrenju.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave ovog rješenja. Tužba se nadležnom Upravnom суду podnosi u pisanim obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

ZAMJENIK RAVNATELJA:

Mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Sartorius Croatia-libra elektronik d.o.o., Savska 45a, 10290 Zaprešić
2. OMP Zagreb, OMP Split, OMP Osijek, OMP Rijeka
3. Pismohrana, ovdje