

KLASA: UP/I-960-03/05-07/78
URBROJ: 558-03/6-05-2
Zagreb, 13. prosinca 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke MEDIA d.o.o, HR-10020 Zagreb, Karlovačka cesta 65 A, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga za dojenčad
 - tvornička oznaka mjerila: 375×1 i 376×1
 - proizvođač mjerila: seca gmbh & co.kg.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila 22089 Hamburg, SR Njemačka
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1172
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 14. srpnja 2015.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka MEDIA d.o.o., HR-10020 Zagreb, Karlovačka cesta 65 A, podnijela je ovom Zavodu, 22. rujna 2005. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EG-Bauartzulassung izdano od Phisikalish-Techniche Bundesanstalt iz 38116 Braunschweig, SR Njemačka.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstava i udovoljava zahjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 (" Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. MEDIA d.o.o., Karlovačka 65A, HR-10020 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila izdanog od Phisikalish-Techniche Bundesanstalt broj PTB-1.12-4018839 od 15. srpnja.20005 s rokom valjanosti 14. srpnja 2015.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru mogu se primati vage za bebe tipa 375×1 i 376×1 mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	376×1	375×1
Razred točnosti	III	III
Max (Max1/Max2)	10 15 kg	7,5 15 kg
e = d (e1 e2)	0,01 0,02 kg	0,005 0,01 kg
Min (min1 Min2)	0,1 kg	0,1 0,2 kg
Tara	-10 kg	-15 kg
Izmjere prijamnika tereta	(615 × 270) mm	
Temperaturno područje rada (°C)	10/40	

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga tip 375×1 i 376×1 te način ovjere

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



