



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/6
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 15. svibnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke KRANING d.o.o., Vukovarska 7/b, 51000 Rijeka, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

- Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga s prijamnikom tereta oslonjenim izravno na mjerne pretvornik/e ili putem polužnog sistema
 - tvornička oznaka mjerila: IMK.../...
 - proizvođač mjerila: IMK industrijska elektronika d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1175
- Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
- Ovo tipno odobrenje vrijedi do 25. svibnja 2014.
- Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka tvrtke KRANING d.o.o., Vukovarska 7/b, 51000 Rijeka, podnijela je ovom Zavodu, 24. siječnja 2006. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC CERTIFIKAT o odobritvi tipa izdan od Urad RS za meroslovlje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstava i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)



- Dostaviti:
- KRANING d.o.o., Vukovarska 7/b, 51000 Rijeka
 - OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
 - Pismohrana, ovdje
 - Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju: EC CERTIFIKAT o odobritvi tipa broj SI 04-05-016, izdan od Urad RS za meroslovje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija s rokom valjanosti 24. svibnja 2014.


2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se neautomatske vage pod oznakom tipa vage IMK.../..., mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku a proizvodnje IMK industrijska elektronika d.o.o., kako slijedi :

Prijamnik tereta	platforma	na kolosjeku, kuka i platforma	platforma kuka	platforma cestovna ili željeznička vaga
Vrsta vage/namjena	platformska	klaonička viseća i zidna	platformska za palete i viličar kranska	platformska
Broj pretvornika sile	1	1 ili 2	4 za platformsku, 4(8) za palete i vil. 1 do 8 za kransku	1 za hibridnu 4..8 za direktno opterećivanje
Max	0,5 kg ≤ Max ≤ 100 t može i višepodručna vaga			
e	≥ 1,0 g			
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	DWP,DFWKP, KD/DFW, KD/DFWK TR DGQ i DGT			
n ≤	6000 ≤ 3000 za višepodručne po području			
Mjerni pretvornici sile (MPS)	Odobrene za uporabu u Europi			
Područje tare ≤ % Max	100			
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40			

2.1. Označavanje tipa

Tip vage označuje se kako slijedi:



3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA


Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 2	Izgled EPU tipa DFW i TR i način ovjeravanja i zaštite od otvaranja Izgled EPU tipa DGT i TR i način zaštite od otvaranja Smještaj kalibracionog prekidača EPU tipa DFW, TR, DGQ i DGT

4. OSTALO


Prema navedenom tipnom odobrenju..

Slika 1

Ovjerni žig u obliku naljepnice



Slika 2



N- Natpisna pločica
Z- Zaštitni žig u obliku naljepnice ili za
kliješta



Slika 3

