



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO**

KLASA: UP/I-960-03/05-07/100  
URBROJ: 558-03/6-06-2  
Zagreb, 20. ožujka 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE**  
**O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga s prijamnikom tereta oslonjenim izravno na mjerni/e pretvornik/e ili putem polužnog sistema
  - tvornička oznaka mjerila: FLY ili ZEN-CK
  - proizvođač mjerila: EUROBIL S.r.l.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: 21013 Gallarte (VA), Italija
  - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1177
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 14. srpnja 2013.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

**Obrazloženje**

Tvrtka GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80, podnijela je ovom Zavodu, 23. studenoga 2005. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CE DEL TIPO, izdan od Ufficio D3 – Strumenti di misure, Via Antonio Bosio, 15 – 00161 Roma (I).

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

**Uputa o pravnom sredstvu**

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

Dostaviti:

1. GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju: Certificate DI Approvazione ce del Tipo N. I 03-013 izdan od Ufficio D3 -Strumenti Notificato N. 0201, Via Antonio Bosio, 15 - 00161 Roma (I) s rokom valjanosti 14. srpnja 2013.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se neautomatske vage pod oznakom tipa vage FLY i ZEN-CK mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku a proizvodnje EUROBIL s.r.l., Italija kako slijedi :

Prijamnik tereta	platforma	na kolosijeku, kuka i platforma	platforma kuka	platforma cestovna ili željeznička vaga
Vrsta vage/namjena	platformska	klaonička viseća i zidna	platformska za palete i viličar kranska	platformska
Broj pretvornika sile	1	1 ili 2	4 za platformsku, 4(8) za palete i vil. 1 za kransku	1 za hibridnu 4...8 za direktno opterećivanje
Max	3 kg ≤ Max ≤ 300 t			
e	≥ 0,5 g			
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	FLY xxx ili ZEN-CK xxx			
n ≤	6000			
Područje tare ≤ % Max	100			
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40			


3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled platformskih vaga FLY xxxx i način ovjeravanja i zaštite od otvaranja
Slika 2	Smještaj kalibracionog prekidača EPU FLY

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju..

**Slika 1**




Ovjerni žig u obliku naljepnice  
Zaštitni žig u obliku naljepnice



## EPU FLY



Slika 2



**Kalibracioni prekidač**

