



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/11

URBROJ: 558-03/6-06-2

Zagreb, 21. lipnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke Željezara SISAK, Remont Caprag d.o.o., B. Adžije 19, 44000 Sisak, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tipno odobrenje mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SCSxxx
 - proizvođač mjerila: TAMTRON Oy
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Tampare, Finska
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1182
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 16. listopada 2010.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka Željezara SISAK, Remont Caprag d.o.o., B. Adžije 19, 44000 Sisak, podnijela je ovom Zavodu, 23. veljače 2006. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval izdan od Inspecta, PL.44.FIN-00811 Helsinki, Finland, Notified Body Number 0424.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. Željezara SISAK, Remont Caprag d.o.o., B. Adžije 19, 44000 Sisak
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. **TEHNIČKI OPIS VAGE**
Prema rješenju o tipnom odobrenju: EC type-approval of a non-automatic weighing instrument broj FI 00.1.05., izdanog od Inspecta, PL.44.FIN-00811 Helsinki, Finland, Notified Body Number 0424, s rokom valjanosti 16. listopada 2010.
2. **TEHNIČKI PODACI**

Na prvu ovjeru primat će se neautomatske vage pod oznakom tipa vage SCSxxx, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku a proizvodnje TAMTRON Oy, 33561 Tampare, Finska kako slijedi :

Prijamnik tereta	Kuka (1 ili 2)
Vrsta vage/namjena	kranska
Broj pretvornika sile (MPS)	1 ili 2
Max	3200 kg ≤ Max ≤ 100000 kg
e	e = d
n ≤	1600 (3200 sa 2 MPS)
Mjerni pretvornici sile (MPS)	ASCS
Područje tare ≤ % Max	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

3. **CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA**

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage tipa SCS i način ovjeravanja
Slika 2	Izgled vage tipa SCS s 2 MPS i 2 kuke

4. **OSTALO**

Prema navedenom tipnom odobrenju..

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



Slika 2

