



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/05-07/95

URBROJ: 558-03/6-06-1

Zagreb, 21. srpnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke **SERVIS I MONTAŽA VAGA**, Baltičeva 1, 48260 Križevci, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga s prijamnikom tereta oslonjenim izravno na mjerni/e pretvornik/e ili putem polužnog sistema
 - tvornička oznaka mjerila: D4xx/D800/SELF-800/ECO-800
 - proizvođač mjerila: SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIARI CAMPOGALLIANO a r.l.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 41011 Campogalliano di Modena, Italija
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1190
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 27. kolovoza 2010.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka **SERVIS I MONTAŽA VAGA**, Baltičeva 1, 48260 Križevci, podnijela je ovom Zavodu, 15. studenoga 2005. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type examination certificate N^o I 00-007 izdan od D3 Office – Mjerni uređaji, 00161 Rim, Italija.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)



Dostaviti:

1. **SERVIS I MONTAŽA VAGA**, Baltičeva 1, 48260 Križevci
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/95

URBROJ: 558-03/9-06-1

PROIZVOĐAČ: SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIATI CAMPOGALLIANO a r.l.

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1190**

**MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tip :
D4xx/D800/SELF-800/ECO-800**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju: EC type examination certificate N° I 00-007 izdan od D3 Office – Mjerni uređaji, 00161 Rim, Italija, Strumenti Notificato N. 0201, Via Antonio Bosio, 15 - 00161 Roma (I) s rokom valjanosti 27. kolovoza 2010.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se neautomatske vage pod oznakom tipa vage D400/D410/D450/D800/SELF-800/ECO-800 mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku a proizvodnje SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIATI CAMPOGALLIANO a r.l., Italija kako slijedi :

Prijamnik tereta	platforma	na kolosjeku, kuka i platforma	platforma kuka	platforma cestovna ili željeznička vaga
Vrsta vage/namjena	platformska	klaonička viseća i zidna	platformska za palete i viličar kranska	platformska
Broj pretvornika sile	1	1 ili 2	4 za platformsku, 4(8) za palete i vil. 1 za kransku	1 za hibridnu 4...12 za direktno opterećivanje
Razred točnosti	III i IIII			
Max	1 kg ≤ Max ≤ 300 t			
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	D4xx/D800/SELF-800/ECO-800			
n ≤ ni ≤	6000 3000 za vage sa više mjernih područja po području			
Područje tare ≤ % Max	100			
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40			

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3	Izgled EPU vage tipa D4xx i način ovjere Izgled EPU vage tipa D800 i SELF-800 i način ovjere Način zaštite kalibracionog prekidača i način zaštite EPU D800

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju..

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/95

URBROJ: 558-03/6-06-1

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1190

Slika 1



D400



D410

Ovjerni žig u obliku naljepnice



D430



D450

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/95

URBROJ: 558-03/6-06-1

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1190

Slika 2



Versioni

D800



SELF-800




PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/95

URBROJ: 558-03/6-06-1

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1190

Slika 3



Vijak na otvoru kalibracionog
prekidača

Zaštitni žig u obliku naljepnice

