



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO**

KLASA: UP/I-960-03/06-07/125  
URBROJ: 558-03/6-06-2  
Zagreb, 28. studenoga 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o, HR-10000 Zagreb, Mandlova 3, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE**  
**O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tipno odobrenje mjerila:
  - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: bPro.../bC-.../RL20-...
  - proizvođač mjerila: Mettler –Toledo GmbH(ChangZhou) Scale & System Ltd.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: 213001 Jiangsu, Kina
  - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1191
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 25. travnja 2016.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

**Obrazloženje**

Tvrtka METTLER TOLEDO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mandlova 3, podnijela je ovom Zavodu, 13. studenoga 2006. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate broj T6953 izdan od Nederlands Meetinstituut, 3314 EG Dodrecht, Nizozemska.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 (" Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

**Uputa o pravnom sredstvu**

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

Dostaviti:

1. METTLER TOLEDO d.o.o., Mandlova 3, HR-10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



PRILOG RJEŠENJU ODOBRENJU TIP A MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/125

URBROJ: 558-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO GmbH

MJERILO: neautomatska elektromehanička vaga:

Tip: bPro.../bC-.../RL20-...

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1191

1. TEHNIČKI OPIS VAGE  
Prema rješenju o tipnom odobrenju: Testl certificate izdan od Nederlands Meetinstituut, 3314 EG  
Dodrecht, Nizozemska broj T6953 s rokom valjanosti 25. travnja 2016.
2. TEHNIČKI PODACI  
Na prvu ovjeru mogu se primati neautomatske elektromehaničke vage tipa i mjeriteljskih značajki  
prema tablici u nastavku:

Tip	bPro.../bC-.../RL20-...
Razred točnosti	III
Max	3 kg ≤ Max ≤ 30 kg
e	≥ 1 g
n ≤ n ≤	6000 3000 za više područne vage (najviše dva mjerna područja)
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vage tipa bPro.../bC.../RL20... i način ovjere Način zaštite kalibracionog prekidača vaga

*M...*

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJEKILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/125

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1181

4. NATPISI I OZNAKE

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- tvrka ili znak proizvođača
- tip vage: bPro.../bC-.../RL20-...
- razred točnosti:
- službena oznaka tipa vage: HR M-3-1191
- serijski ili tvornički broj vage
- mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- ispitni podjeljak ( $e = \dots$ )
- temperaturno područje rada : ( -10 do 40) °C
- nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.




**PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MIERILA**

KLASA: UP/I-960-03/06-07/125

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1181

Slika 1



Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice postavlja se na pokazivač na strani kupca.

*Handwritten signature*




PRIOLOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/125

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1181

Slika 2



Zaštitni žig za kalibracioni prekidač u obliku naljepnice ili olovni s žicom za kliješta

*han*