



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/108  
URBROJ: 558-03/6-06-2  
Zagreb, 29. prosinca 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke TEHNIČAR UNICOMP, Crnojezerska 18, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE  
O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
  - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: TMC
  - proizvođač mjerila: RADWAG
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: 26-600 Radom, Poljska
  - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1192
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 26. svibnja 2014.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR UNICOMP, Crnojezerska 18, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 12. listopada 2006. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: Certificate of EC type approval NO PL 04 004, izdan od GŁÓWNY URZĄD MIAR, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, Poljska.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstava i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

Dostaviti:

1. TEHNIČAR UNICOMP, Crnojezerska 18, 10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju: Certificate of EC type approval NO PL 04 004, izdan od GŁÓWNY URZĄD MIAR, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, Poljska s rokom valjanosti 26. svibnja 2014.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se platformske vage pod oznakom tipa TMC i pripadajućim programom kalibracije i rada tipa PUE4/7 kako slijedi slijedi :

TIP	TMC	
Prijamnik tereta	platforma.	
Broj mjernih područja	jednopolručna	dvopolručna
Max	$0,3 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 60\,000 \text{ kg}$	$0,3 \text{ kg} \leq \text{Max}_1 \leq 10\,000 \text{ kg}$ $0,6 \text{ kg} \leq \text{Max}_2 \leq 60\,000 \text{ kg}$
Min	$2 \text{ g} \leq 2\,000 \text{ kg}$	$0,2 \text{ kg} \leq \text{Min}_1 \leq 2\,000 \text{ kg}$ $0,3 \text{ kg} \leq \text{Min}_2 \leq 10\,000 \text{ kg}$
n	$n \leq 3000$	$n_1 \leq 3000$ $n_2 \leq 3000$
e	$e = \text{Max}/n$	$e_1 = \text{Max}/n_1$ $e_2 = \text{Max}/n_2$
Razred točnosti	III	
d	d=e	
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	TMC	
Područje tare	T= -Max	
Temperaturno područje rada (°C)	-10 /40	

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU TMC te način ovjeravanja
Slika 2	Način ovjeravanja i zaštite vaga
Slika 3	Način spajanja više vaga na EPU tipa TMC


4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju.

**Slika 1**



Slika 2



Slika 3

