



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/122
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 06. prosinca 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: CW-11 / CD-11 / CKW-11
 - proizvođač mjerila: OHAUS Corporation
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Pine Brook, NJ07058 SAD
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1197
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi do 17. prosinca 2011.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 02. studenoga 2006. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate broj T5980 izdan od Notified Body 0122, Nizozemska.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



PRILOG RJEŠENJU ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/126

URBROJ: 558-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: OHAUS Corporation

MJERILO: neautomatska elektromehanička vaga:

Tip: CW-11 / CD-11 (DA, DC, DP) / CKW-55

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1197

1. TEHNIČKI OPIS VAGE
Prema rješenju o tipnom odobrenju: EC – type approval certificate broj T5980 izdan od Notified Body 0122, Nizozemska s rokom valjanosti 17. prosinca 2011.
2. TEHNIČKI PODACI
Na prvu ovjeru mogu se primati neautomatske elektromehaničke vage tipa i mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	CW-11 / CD-11 (DA, DC, DP) / CKW-55
Razred točnosti	III i IIII
Prijamnik tereta	Platforma, vaga za palete i ručni viličar
Max	0,5 kg ≤ Max ≤ 5000 kg
e	≥ 1 g
n ≤	3000
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU vage tipa CW-11 / CD-11 / CKW-55

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/122

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1197

4. NATPISI I OZNAKE

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- tvrтка ili znak proizvođača
- tip vage:
- razred točnosti:
- službena oznaka tipa vage: HR M-3-1197
- serijski ili tvornički broj vage
- mjerno područje "od ... do ..." ili "Min ... Max ..."
- ispitni podjeljak (e = ...)
- nazivni napon i nazivna frekvencija izvora napajanja.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/122

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1197

Slika 1



CKW-55

Godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice



CD-11



CW-11