



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/122
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 16. listopada 2007.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog ispitivanja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: CW-11 / CD-11 (DA, DC, DP) / CKW-11, CKW-55
 - proizvođač mjerila: OHAUS Corporation
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Pine Brook, NJ07058 SAD
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1197
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 3. listopada 2007. godine, zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate broj T5980 izdan od Notified Body 0122, Nizozemska.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog rješenja izdano je od inozemne ustanove ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/07-07/36

URBROJ: 558-02.1/1-07-2

PROIZVOĐAČ: OHAUS Corporation

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1197

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tip :

CW-11/CD-11 (DA, DC, DP)/ CKW-11, CKW-55

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

1.1.1. Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/06-07/122, URBROJ:558-03/6-06-2, od 6. prosinca 2006., pod službenom oznakom HR M-3-1197.

1.1.2. Klaonička zidna vaga ima prijamnik mase kuku i sklopivu platformu ovješenu na 1 mjernom pretvorniku sile (MPS) dok klaonička vaga na kolosijeku ima prijemnik tereta na 1 ili 2 MPS u sklopu kolosijeka na kojem se na kuku s kotačima vješa teret i dovozi na prijamnik tereta. Masa kuke s kotačima odbija se od mase tereta.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Na 1. ovjeru primat će se klaoničke vage (zidna ili na kolosijeku), mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tip | CW-11 |
| Razred točnosti | III |
| Prijamnik tereta | Kuka –platforma (klaonička zidna i na kolosijeku) |
| Max | 150 kg ≤ Max ≤ 600 kg |
| e | Max/n |
| n ≤ | 3000 |
| Broj mjernih pretvornika sile | 1 ili 2 odobrenih za uporabu u Europi,, |
| Temperaturno područje rada (°C) | -10/40 |

3. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju.


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
p.p. 375
10002 ZAGREB