



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/12-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

Zagreb, 06. prosinca 2012.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03,194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka Mettler Toledo d.o.o., Mandlova 3, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

**RJEŠENJE O DOPUNI
RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: IND...
 - proizvođač mjerila: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i Mettler-Toledo GmbH
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Worthington - SAD, Changzhou - NR Kina i Albstadt -SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1200
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka Mettler Toledo d.o.o., Mandlova 3, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 17. veljače 2012. godine, zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage („Narodne novine“ broj 1/05, 11/05 i 42/07), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.


Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (10 str.)

RAVNATELJ



Ismar Avdagić, dipl. iur.

Dostaviti:

1. Mettler Toledo d.o.o., Mandlova 3, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

PRIOLOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Mettler Toledo d.o.o.
Mandlova
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
i Mettler-Toledo GmbH

Worthington - SAD, Changzhou - NR Kina i
Albstadt -SR Njemačka

Vrsta mjerila: Neautomatska elektromehanička vaga razreda točnosti:
Ⓜ , ⓂⓂ i ⓂⓂⓂ

Tip mjerila: 7676xx (IND ...

Službena oznaka tipa: HR M-3-1200

2. Tehnički opis vage

Prema rješenju o tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/09-07/177,URBROJ:558-06/1-07-1, od 10. srpnja 2007. pod službenom oznakom HR M -3 -1200.

3. Tehnički podaci

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru mehaničkih i elektromehaničkih vaga, mjeriteljskih i izvedbenih značajki prema podacima navedenih u točkama 3.2 i 3.3.

3.1. Razred točnosti

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIP A MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...

Ⓐ, Ⓑ i Ⓒ

3.2. Mjeriteljske značajke

Na prvu ovjeru primat će se vage pod oznakom tipa IND... Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i i Mettler-Toledo GmbH mjeriteljskih značajki kako slijedi u tablici 1:

Tablica 1.

Tip/EPU	IND 205	IND131/IND331 IND 245/IND246	IND 890
Razred točnosti	Ⓒ i Ⓓ	Ⓒ I Ⓓ	Ⓐ, Ⓑ i Ⓒ
Max	3 kg ... 60 t		3 kg ... 600 kg 3 kg ... 60 t
n≤	3000 1000	6000 1000	32000 6000 1000
Temperaturno područje °C	10 °C ... + 40 °C		10 °C ... + 40 °C 10 °C ... + 40 °C
Početno postavljanje ništice	≤ 20 % od Max		
Tara	≤ 100 % od Max		

4. **Crteži za prepoznavanje mjerila**

Slika 1. i 2. Izgled, način ovjere i zaštite EPU tip IND131/331 te položaj kalibracionog prekidača

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...

Slika 3. i 4. Izgled, način ovjere i zaštite EPU tip IND246/245 te položaj kalibracionog prekidača

Slika 5., 6. i 7. Izgled, način ovjere i zaštite te položaj kalibracionog prekidača EPU tip IND890-10/890-Elo 1

5. Ostalo prema izvornom rješenju o odobrenju tipa

Slika 1



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06


URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...

Zaštitni žigu obliku naljepnice



Ovjerni žig u obliku
naljepnice



Kalibracioni DIP prekidač (SW 1)
OFF – podešavanje
ON - zaključavanje postavki

Tip IND131/IND331

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2


PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200


MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...

Slika 2


Zaštitni žig u obliku naljepnice



Žica za žigosanje



Plastična plomba



Vijci za plombiranje

Plastična plomba



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...


Tip IND131/IND331

Slika 3



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žigu obliku naljepnice



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH


Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...



IND 246

Slika 4



Kalibracioni DIP prekidač (SW 1)

OFF – podešavanje
ON - zaključavanje postavki

Ovjerni žig u obliku naljepnice

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2


PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...



Plastična plomba



Tip IND246/IND245

Slika 5

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...



Tip IND890

Slika 6

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA


KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH


Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...



Pristup kalibracionom prekidaču
(uništenjem zaštitnog žiga)

Zaštitni žig u obliku naljepnice



IND – 890 - 10

Slika 7

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/06

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Mettler-Toledo Inc., Mettler-Toledo Measurement Technology Ltd i
Mettler-Toledo GmbH

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1200

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : IND ...



Pristup kalibracionom prekidaču
(uništenjem zašitnog žiga)

Zaštitni žig u obliku naljepnice



IND – 890 – Elo 1