



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/09-07/07
URBROJ: 558-02/1-09-2
Zagreb, 16. travnja 2009.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8. stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje, radi odobranja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE O DOPUNI
RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: diSKALA...
 - proizvođač mjerila: Digitron d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Buje, Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M – 3 – 1205
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka Digitron d.o.o, podnijela je ovom Zavodu, 19. veljače 2009. godine, zahtjev za dopunu tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate br. F-06-A-1313, izdano od LNE, Notified Body N. 0071 i uzorci mjerila.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1, ovog tipnog odobrenja izdano je od inozemne ustanove koju je država ovlasila za poslove zakonskog mjeriteljstva i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 3/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje
2. OMP - PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split,
3. Pismohrana, ovdje,
4. Glasilo Zavoda

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje

Proizvođač mjerila: Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje

Vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga

Tip mjerila: diSKALA...

Službena oznaka tipa: HR M-3-1205

2. izmjene u odnosu na izvorno Rješenje

U Rješenju o dobrenju tipa mjerila: klasa: UP/I-960-03/06-07/194; urbroj: 558-06/5-08-2 od 28. travnja 2008, mijenjaju se slijedeći članci:

- članku 2. Opis mjerila, zadnja rečenica prvog odlomka mijenja se i glasi:
Vage diSKALA JLT, diSKALA MCW... i diSKALA MA 40 nemaju odvojen elektroničko upravljački pokazni uređaj, već je on integriran u kućište vage. Iznimno, vaga diSKALA MA 40 može imati odvojen pokazivač postavljen na stup ili zid.
U zadnji odlomak, u popis odobrenih modela vage dodaje se i model MA 40.

- Članku 4.1. vage dodaju se značajke vage diSKALA MA 40:


Tip	diSKALA MA 40
Razred točnosti	III ili IIII
Broj MPS	1
Vrsta vage	Platforma
Max	15 kg – 150 kg
e ≥	5 g
n ≤	3000
Temperaturno područje rada	-10 °C – 40 °C

- Članku 8. Izgled vage i način zaštite, dodaje se nova točka:

8.13. diSKALA MA 40



Izgled vage diSKALA MA 40.



Izvedba vage diSKALA MA 40 s odvojenim pokazivačem i pokazivačem na stupu vage.



Zaštita vage diSKALA MA 40.



Način zaštite vage diSKALA MA 40. Zaštićuje se pristup tipkalu za ulaz u mjeriteljske značajke vage koji se nalazi ispod poklopca kod natpisne pločice vage, kućište od rastavljanja, putem zaštite vijaka koji drže polutke kućišta na MPS i natpisna pločica. Za zaštitu se koriste žica i plomba u olovu, te zaštitni žigovi u obliku naljepnice.

Pal

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje
Proizvođač mjerila: Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje
Vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
Tip mjerila: diSKALA...
Službena oznaka tipa: HR M-3-1205

2. izmjene u odnosu na izvorno Rješenje

U Rješenju o dobrenju tipa mjerila: klasa: UP/I-960-03/06-07/194; urbroj: 558-06/5-08-2 od 28. travnja 2008, mijenjaju se slijedeći članci:

- članku 2. Opis mjerila, zadnja rečenica prvog odlomka mijenja se i glasi:
Vage diSKALA JLT, diSKALA MCW... i diSKALA MA 40 nemaju odvojen elektroničko upravljački pokazni uređaj, već je on integriran u kućište vage. Iznimno, vaga diSKALA MA 40 može imati odvojen pokazivač postavljen na stup ili zid.
U zadnji odlomak, u popis odobrenih modela vage dodaje se i model MA 40.
- Članku 4.1. vage dodaju se značajke vage diSKALA MA 40:


Tip	diSKALA MA 40
Razred točnosti	III ili IIII
Broj MPS	1
Vrsta vage	Platforma
Max	15 kg – 150 kg
$e \geq$	5 g
$n \leq$	3000
Temperaturno područje rada	-10 °C – 40 °C

- Članku 8. Izgled vage i način zaštite, dodaje se nova točka:

8.13. diSKALA MA 40



Izgled vage diSKALA MA 40.



Izvedba vage diSKALA MA 40 s odvojenim pokazivačem i pokazivačem na stupu vage.



Zaštita vage diSKALA MA 40.



Način zaštite vage diSKALA MA 40. Zaštićuje se pristup tipkalu za ulaz u mjeriteljske značajke vage koji se nalazi ispod poklopca kod natpisne pločice vage, kućište od rastavljanja, putem zaštite vijaka koji drže polutke kućišta na MPS i natpisna pločica. Za zaštitu se koriste žica i plomba u olovu, te zaštitni žigovi u obliku naljepnice.

Pl...

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje
Proizvođač mjerila: Digitron d.o.o; Digitronska 33; Buje
Vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
Tip mjerila: diSKALA...
Službena oznaka tipa: HR M-3-1205

2. izmjene u odnosu na izvorno Rješenje

U Rješenju o dobrenju tipa mjerila: klasa: UP/I-960-03/06-07/194; urbroj: 558-06/5-08-2 od 28. travnja 2008, mijenjaju se slijedeći članci:

- članku 2. Opis mjerila, zadnja rečenica prvog odlomka mijenja se i glasi:
Vage diSKALA JLT, diSKALA MCW... i diSKALA MA 40 nemaju odvojen elektroničko upravljački pokazni uređaj, već je on integriran u kućište vage. Iznimno, vaga diSKALA MA 40 može imati odvojen pokazivač postavljen na stup ili zid.
U zadnji odlomak, u popis odobrenih modela vage dodaje se i model MA 40.
- Članku 4.1. vage dodaju se značajke vage diSKALA MA 40:

Tip	diSKALA MA 40
Razred točnosti	III ili IIII
Broj MPS	1
Vrsta vage	Platforma
Max	15 kg – 150 kg
$e \geq$	5 g
$n \leq$	3000
Temperaturno područje rada	-10 °C – 40 °C

- Članku 8. Izgled vage i način zaštite, dodaje se nova točka:

8.13. diSKALA MA 40



Izgled vage diSKALA MA 40.



Izvedba vage diSKALA MA 40 s odvojenim pokazivačem i pokazivačem na stupu vage.



Zaštita vage diSKALA MA 40.



Način zaštite vage diSKALA MA 40. Zaštićuje se pristup tipkalu za ulaz u mjeriteljske značajke vage koji se nalazi ispod poklopca kod natpisne pločice vage, kućište od rastavljanja, putem zaštite vijaka koji drže polutke kućišta na MPS i natpisna pločica. Za zaštitu se koriste žica i plomba u olovu, te zaštitni žigovi u obliku naljepnice.

