



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/95-04/73

URBROJ: 558-03/1-95-2

Zagreb, 20. studenoga 1995.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev MASA, donosi se

RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: Elektromehanička cestovna vaga
 - Tvornička oznaka mjerila: TAPPETO
 - Proizvođač mjerila: BILANCIAI
 - Mjesto i država: Campogalliano (MO), Italija
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-121
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnosi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 2 stranice.

OBRAZLOŽENJE

MASA podnio je 30. lipnja 1995. godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom za mjerila mase - vase s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (III).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništene



Rješenje se smije umnožavati bez unošenja izmјena. Izvodi ili izmjene mogu se izvesti samo uz posebno odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPOA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/94-04/ 73

URBROJ: 558-03/1-95-2

str.: 1/2

1. TEHNIČKI OPIS ELEKTROMEHANIČKE CESTOVNE VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa broj 0204-5653/88 od 28.08.1989. godine.

- 1.1. Pod službenom oznakom HR M - 3 - 121 primat će se elektrmehaničke vase tipa TAPPETO, proizvodnje BILANCA!, Campogalliano, Italija.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

2.1. Mjerno područje , podjeljak i dimenzije prijemnika mase

Max (t)	Min (kg)	podjeljak (kg)	izmjere prijemnika mase (m)/ broj pretvornika mase	
40	400	20	8x3 / 1	*
50	400	20	8x3 / 1	*
60	400	20	14x3, ili 16x3 / 1	*

* druge izmjere prema želji naručitelja

3. PRETVORNICI MASE,ELEKTRONSKI UPRAVLJAČKO POKAZNI UREĐAJ (EPU) I TISKALJKA

3.1. Mjerni pretvornik mase

U vase se ugrađuju slijedeći mjerni pretvornici :

EUROCELL tip CB - A C3 .

Uz mjerne pretvornike mase,pri prvom pregledu, moraju biti isporučena ispitna izvješća proizvođača o završnom ispitivanju prije isporuke.

3.2. Elektronski upravljačko pokazni uređaj

Elektronski upravljačko pokazni uređaji serije su EV 2000 i to EV 2002 i EV 2003 , odobreni uz cestovnu vagu HR M-3-1045.

Nenad

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/94-04/ 73

URBROJ: 558-03/1-95-2

str.: 2/2

2.3. Tiskaljka

Uz tip se može naručiti tiskaljka bloka ili kartice a preko PC računala
ispis se može slati na odobrene tiskaljke A4 formata.

3. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža/ slike

sadržaj crteža / slike

slika 1

natpisna pločica

slika 2

izgled pretvornika mase CB-A

slika 3

tehnički podaci mjernog pretvornika

4. Ostalo

Prema izvornom rješenju

