



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/12-04/19
URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2
Zagreb, 20. travnja 2012.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03, 194/03, i 111/07) članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09, u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koji je podnijela tvrtka EMOS d.o.o. Čulinečka cesta 27, 10040 Zagreb, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI
RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: NS 27xx, NS 30xx i DI 30xx
 - proizvođač mjerila: ELNES i SOEHNLE PROFESSIONAL GmbH & Co. KG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Sesvete, Republika Hrvatska i 71522 Backnang, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1211
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama iz točke 1. Ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka EMOS d.o.o. Čulinečka cesta 27, 10040 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 23. ožujka 2012. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05, 11/05 i 42/07), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

1. EMOS d.o.o. Čulinečka cesta 27, 10040 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/12-04/19

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: SOEHNLE PROFESSIONAL GmbH & Co. KG i ELNES

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tip:

DI 30xx, NS 27xx i NS 30xx

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1211

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/07-07/45, URBROJ:558-02.1/1-07-2, od 14. Prosinca 2007. pod službenom oznakom HR M -3 -1211.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i neautomatske elektromehaničke vage, sa ili bez polužnog sistema, tipa DI 30xx, mjeriteljskih značajki prema tablici 1.

Tablica 1

Razred točnosti	III	III
Max ⁴⁾	0,1 kg ... 120t	0,1 kg ... 120 t
n ¹⁾	≤ 8000	≤ 1000
n _i ≤ ²⁾	≤ 8000 ³⁾	≤ 1000 ³⁾
Max / e ₁ ≤ ²⁾	³⁾	³⁾
Tara (subtraktivna)	100 % od Max	
Tara	100 % od Max 100 % od Max ₁	²⁾
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	

- 1) Vrijedi za svako područje jedno i višepodručne vage
- 2) Vrijedi samo za višepodručnu vagu
- 3) Prema značajkama ugrađenog MPS
- 4) Kod zatvorenih sistema do Max ≤ 50 t

3. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.