



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/08-08/19
URBROJ: 558-02.1/1-08-3
Zagreb, 06. lipnja 2008.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03, 194/03 i 111/07) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke NOVAL d.o.o., Dubravkin trg 7, 10000 Zagreb, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPA MJERILA

- Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: A, K, V, R, GM i BN
 - proizvođač mjerila: NOVAL d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, Republika Hrvatska
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1216
- Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
- Ovo rješenje važi 10 godina.
- Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka NOVAL d.d., Dubravkin trg 7, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 23. svibnja 2008. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija i potrebni uzorci mjerila

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja provedenim sukladno propisanim Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02) i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (6 str.)

Dostaviti:

- NOVAL d.d., Dubravkin trg 7, 10000 Zagreb
- OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
- Pismohrana, ovdje
- Glasilo Zavoda



PRILOG RJEŠENJU ODOBRENJU TIP A MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/19

URBROJ: 558-02.1/1-08-2

PROIZVOĐAČ: NOVAL d.o.o.

MJERILO: neautomatska mehanička vaga:

Tip: A, K, V, R, GM i BN

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1216

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: NOVAL d.o.o.
Dubravkin trg 7
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: NOVAL d.o.o.
Dubravkin trg 7
10000 Zagreb

Vrsta mjerila: Neautomatska mehanička vaga r.t. **III**

Tip mjerila: A, K, V, R, GM i BN

Službena oznaka tipa: HR M-3-1216

2. Tehnički opis vage

2.1. Mehanička izvedba i način rada mjerila

Vage tipa A, K i V su neautomatske mehaničke vaga s promjenljivim ravnotežnim položajem, nagibnom mjernom napravom i djelomičnom kružnom ljestvicom. Izgled vage prikazan je na slici 1.

Vage tipa R, GM i BN su neautomatske mehaničke vaga s promjenljivim ravnotežnim položajem, nagibnom mjernom napravom i potpunom kružnom ljestvicom. Izgled vage prikazan je na slici 2. i 3.

Mjerne naprave su proizvodnje ARSA (A, K, V i R), OMEGA (GM) ili EUROMEC (BN) Italija, promjera kružne glave 300 mm do 560 mm.

Sila od mase tereta postavljenog na prijamnik mase oslonjen je na sustav poluga preko kojih se prenosi na kazaljku mjerne naprave. Za veće odvage, kod vage s nepotpunom kružnom ljestvicom, potrebno je uključiti potreban broj dodatnih utega ugrađenih u kućište vage masa kojih (očitanje u prozoru na ljestvici vage) s očitanjem djelomične kružne ljestvice predstavlja masu tereta odloženog na prijamnik tereta dok kod vage s potpunom kružnom ljestvicom u prozoru kružne ljestvice očitavamo masu po jednom potpunom okretaju kazaljke (masa u prozoru) zbrojena s očitanjem mase trenutnog položaja kazaljke.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/19

URBROJ: 558-02.1/1-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1216**2.2. Mjeriteljske značajke**

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip	Neautomatske mehaničke vage s djelomičnom kružnom ljestvicom	Neautomatske mehaničke vage s potpunom kružnom ljestvicom		
	A K V	R GM	GM BN	BN
Tvorničke oznake				
Prijamnik tereta	platforma. (inox)	Platforma (inox)	Platforma, kuka (inox)	platforma
namjena	pultna	Pultna podna	Platforma, Klaonička kuka, zidna	podna
Max (kg)	0,5...2,0 2,0...10 3...4	2... 12 24... 1000	100... 600kg	200... 9000
e = d (g)	0,5 ... 20	1... 100	50...200	50... 4000
Temperaturno područje rada (°C)	-10 /40	-10/40	-10/40	-10/40

3. Crteži za prepoznavanje mjerila

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3	Izgled vaga A, K i V Izgled vaga R i GM Izgled vaga BN

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MIERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/19

URBROJ: 558-02.1/1-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1216**4. Natpisi i oznake**

Na obje djelomične kružne ljestvice vage moraju se postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) Tvrtka ili znak proizvođača
- 2) Tip vage
- 3) Razred točnosti
- 4) Službena oznaka tipa vage HR M-3-1216
- 5) Serijski ili tvornički broj vage
- 6) Mjerno područje Min ... i Max ...
- 7) Ispitni podjeljak $e = \dots$

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. Postupak ovjeravanja vage

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07)

6. Način žigosanja i ovjeravanja vage

Vage koje udovolje odredbama navedenog pravilnika žigosat će se službenim zaštitnim žigovima na za to predviđenim mjestima bez uništenja kojih se nemože vršiti namještanje vage.

Ovjera ispravnosti vage vrši se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice na poklopac djelomične kružne ljestvice na strani okrenutoj kupcu dok se kod vaga s potpunom kružnom ljestvicom ovjera ispravnosti vrši postavljanjem ovjernog žiga u obliku naljepnice na stup vage za vage za direktnu prodaju (pultne) a za ostale na staklo kružne ljestvice.

Natpisna pločica zaštićuje se zaštitnim žigom.

Mauz
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
p.p. 375
10001 ZAGREB

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/08-07/19

URBROJ: 558-02.1/1-08-2


Službena oznaka tipa:
HR M-3-1216

Slika 1

	A22	K21	K32	K52	K105
1 ČETVRTASTA ZDJELICA	220 x 250	220 x 250	220 x 250	310 x 340	310 x 340
2 OKRUGLA ZDJELICA	Ø250	Ø250	Ø250	Ø360	Ø390
3 DUGULJASTA ZDJELICA	325 x 250	325 x 250	325 x 250	400 x 310	460 x 340



Tip A22
Max 2 Kg Podjeljak 2 g



Tip K21
Max 2 Kg Podjeljak 1 g



Tip K32
Max 3 Kg Podjeljak 2 g



Tip K52
Max 5 Kg Podjeljak 2 g

NOVAL d.o.o.
Dubravkin trg 7, Zagreb
HRVATSKA



Tip K105
Max 10 Kg Podjeljak 5 g



Tip V32
Max 3 Kg Div. 2g



Tip V35
Max 3 Kg Div. 5g



Tip V45
Max 4 Kg Div. 5g

REPUBLICA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
p.p. 375
10001 ZAGREB

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/19

URBROJ: 558-02.1/1-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1216

Slika 2




GM



R

NOVAL d.o.o.
Dubravkin trg 7, Zagreb
HRVATSKA



GM



GM

Mary
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
p.p. 375
10001 ZAGREB


PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/19


URBROJ: 558-02.1/1-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1216

Slika 3




BN ≤ 9000 kg



BN ≤ 2000 kg

NOVAL d.o.o.
Dubravkin trg 7, Zagreb
HRVATSKA



BN ≤ 800 kg

Marij
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
p.p. 375
10001 ZAGREB