



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/08-08/18
URBROJ: 558-01/2-08-2
Zagreb, 10. lipnja 2008.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03, 194/03 i 111/07) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke LIBELA ELSI PRO d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska mehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SKALAR
 - proizvođač mjerila: LIBELA ELSI d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje, Republika Slovenija
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 - 1221
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka LIBELA ELSI PRO d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 21. svibnja 2008. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija i potrebni uzorci mjerila

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja provedenim sukladno propisanim Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02) i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



RAVNATELJ

Mirko Vuković, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBELA ELSI PRO d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU ODOBRENJU TIP A MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/18

URBROJ: 558-01/2-08-2

PROIZVOĐAČ: LIBELA ELSI d.o.o.

MJERILO: neautomatska mehanička vaga:

Tip: SKALAR

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1221

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva:	LIBALA ELSI PRO d.o.o. Crnojezerska 18 10000 Zagreb
Proizvođač mjerila:	Libela Elsi d.o.o. Opekarniška cesta 2 3000 Celje, Republika Slovenija
Vrsta mjerila:	Neautomatska mehanička vaga sa promjenljivim ravnotežnim položajem i kružnom ljestvicom r.t. III .
Tip mjerila:	SKALAR
Službena oznaka tipa:	HR M-3-1221

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba i način rada mjerila

Vaga tipa SKALAR je mehanička vaga s promjenljivim ravnotežnim položajem, nagibnom mjernom napravom i kružnom ljestvicom. Izgled vage prikazan je na slici 1.

Sila od mase tereta postavljenog na prijamnik mase oslonjen je na sustav poluga preko kojih se prenosi na prenosnu polugu te preko poteznice na nagibnu mjernu napravu. Na spojnici je uležištena zubna letva koja je spregnuta sa zupčanikom na osovini kojeg je učvršćena kazaljka, položaj koje na kružnoj ljestvici vage, predstavlja masu tereta odloženog na prijamnik tereta.

3. Tehnički podaci

3.1. U tablici u nastavku date su osnovne mjeriteljske značajke vage:

Tip vage	Max (kg)	Min (kg)	e (g)	Izmjere prijamnika tereta (mm) *
SKALAR	50	1	50	800 x 800
	100	2	100	800 x 800
	200	4	200	800 x 800
	500	10	500	1100 x 900
	1000	20	1000	1300 x 1100
	2000	40	2000	1500 x 1500
	2000	40	2000	1500 x 2000

* mogu i druge izmjere po želji naručitelja

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/xx

URBROJ: 558-01/2-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1221**4. Crteži za prepoznavanje mjerila**

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vaga

5. Natpisi i oznake

Na obje kružne ljestvice vage moraju se postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) Tvrтка ili znak proizvođača
- 2) Tip vage
- 3) Razred točnosti
- 4) Službena oznaka tipa vage HR M-3-1221
- 5) Serijski ili tvornički broj vage
- 6) Mjerno područje Min ... i Max ...
- 7) Ispitni podjeljak $e = \dots$

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

6. Postupak ovjeravanja vage

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07)

7. Način žigosanja i ovjeravanja vage

Vage koje udovolje odredbama navedenog pravilnika žigosat će se službenim žigovima na za to predviđenim mjestima bez uništenja kojih se nemože pristupiti podešavanju vage. Ovjera ispravnosti vage obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga u obliku naljepnice na staklo kružne ljestvice vage na strani okrenutoj kupcu.


Zaštita vage vrši se postavljanjem zaštitnog žiga na držače stakla kružne ljestvice bez uništenja kojih nije moguće vršiti podešavanje nagibne mjerne naprave.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/xx

URBROJ: 558-01/2-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1221



Slika 1