



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/08-08/17
URBROJ: 558-01/2-08-2
Zagreb, 10. lipnja 2008.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03, 194/03 i 111/07) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke LIBELA ELSI PRO d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb, radi odobranja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska mehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: AGRO, DECIMAL, STABIL i PEKARSKA
 - proizvođač mjerila: LIBELA ELSI d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje, Republika Slovenija
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1222
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka LIBELA ELSI PRO d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 21. svibnja 2008. godine, zahtjev za tipno odobrenje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija i potrebni uzorci mjerila

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja provedenim sukladno propisanim Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02) i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila zadovoljavaju mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. LIBELA ELSI PRO d.o.o., Crnojezerska 18, 10000 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU ODOBRENJU TIP A MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/17

URBROJ: 558-01/2-08-2

PROIZVOĐAČ: LIBELA ELSI d.o.o.

MJERILO: neautomatska mehanička vaga:

Tip: AGRO, DECIMAL, STABIL, PEKARSKA

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1222

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva:

LIBALA ELSI PRO d.o.o.
Crnojezerska 18
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila:

Libela Elsi d.o.o.
Opekarniška cesta 2
3000 Celje, Republika Slovenija

Vrsta mjerila:

Neautomatska mehanička vaga sa stalnim ravnotežnim položajem
r.t. (III) I (III) .

Tip mjerila:

AGRO, DECIMAL, STABIL, PEKARSKA

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1222

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba i način rada mjerila

Vaga je izvedena s mehaničkom mjernom napravom. Sila od mase prenosi se s prijarnika tereta na mehaničku mjernu napravu. Samo kod tipa Decimal postoji i zdjelica za prijam utega uz pomični uteg za izjednačivanje sila od mase do 10 kg. Izgled vaga prikazan je na slici 1.

Sila od mase tereta postavljenog na prijarnik mase uravnotežuje se pomicanjem pomičnih utega na ljestvicama mehaničke naprave, odnosno dodavanjem utega r.t. M2 na zdjelicu za utege kod vaga tipa Decimal. Zbroj svih očitavanja ljestvica pomičnih utega, odnosno zbroj svih utega i očitavanje ljestvice pomičnog utega do 10 kg za vage tipa Decimal, predstavlja masu tereta odloženog na prijarnik tereta.

3. Tehnički podaci

3.1. U tablici u nastavku date su osnovne mjeriteljske značajke vaga:

Tip	Max (kg)	Min (kg)	e (g)	Izmjere prijarnika tereta (mm) *
DECIMAL	100	2	100	500 x450
	200	4	200	600 x 550
	300	4	200	600 x 550
	300	10	500	600 x 550
AGRO	200	2	100	600 x 550
	200	4	200	600 x550

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/17

URBROJ: 558-01/2-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1222

Tip vage	Max (kg)	Min (kg)	e (g)	Izmjere prijamnika tereta (mm) *
STABIL s ogradom stočna Max (300, 500 ili 1000)kg	300	4	200	800 x800
	500	4	200	800 x 1100 ili 900
	1000	10	500	1100 x 900
	1000	10	500	1100 x 900
	2000	20	1000	1100 x 900 ili 1300 x 1100
PEKARSKA	5	0,100	5	okrugli

* mogu i druge izmjere po želji naručitelja

4. Crteži za prepoznavanje mjerila

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage

5. Natpisi i oznake

Na vage se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) Tvrтка ili znak proizvođača
- 2) Tip vage
- 3) Razred točnosti
- 4) Službena oznaka tipa vage HR M-3-1222
- 5) Serijski ili tvornički broj vage
- 6) Mjerno područje Min ... i Max ...
- 7) Ispitni podjeljak $e = \dots$

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

6. Postupak ovjeravanja vage

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neautomatske vage (NN broj 1/05, 11/05 i 42/07)

7. Način žigosanja i ovjeravanja vage

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštena pristupa sastavnicama postavljanjem zaštitnog žiga na početak i kraj svake mjerne ljestvice, mjesta gdje se spajaju lamele mjernih ljestvica te na pomične utege mehaničke mjerne naprave.

Ovjera ispravnosti vage obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga na glavnoj poluzi mehaničke mjerne naprave ili za to predviđenog mjesta kod natpisne pločice vage.

Natpisna pločica osigurava se od skidanja zaštitnim žigom.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/08-07/17

URBROJ: 558-01/2-08-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1222

Slika 1


AGRO



DECIMAL



PEKARSKA



STOČNA



STABIL

