



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/08-07/40
URBROJ: 558-02/1-1-4-09-3
Zagreb, 18. svibnja 2009.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke EMOS d.o.o., Čulinečka, 10040 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE O DOPUNI
RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: GLP-W
 - proizvođač mjerila: BIZERBA GmbH & Co. KG.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Balingen, SR Njemačka
 - službena oznaka mjerila: HR M - 3 – 1229
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka EMOS d.o.o., podnijela je ovom Zavodu, 09. listopada 2008. godine, zahtjev za dopunu tipnog odobrenje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložen EC Type approval certificate izdani od strane PTB, SR Njemačka, notified body 0102, broj D00-09-021.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog rješenja o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila izdano je od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstava i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od primitka ovoga rješenja

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

mr. sc. Krešimir Buntak, dipl.ing.

Dostaviti:

1. EMOS d.o.o., Čulinečka c. 27, 10040 Zagreb
2. OMP – PJ Zagreb, PJ Osijek, PJ Rijeka, PJ Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/08-07/40

URBROJ: 558-01/2-09-3

PROIZVOĐAČ: BIZERBA GmbH & Co.KG.

Službena oznaka tipa:
HR M – 3 – 1229

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tipa :

GLP-W ili GLP

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: EMOS d.o.o., Čulinečka c. 27
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: Bizerba GmbH & Co. KG.
Wilhelm-Kraut-Straße 65
722336 Balingen, SR Njemačka

Vrsta mjerila: Neautomatska elektromehanička vaga razreda točnosti **III**

Tip mjerila: **GLP- W ili GLP**

Službena oznaka tipa: HR M-3-1229

2. Tehnički opis vage

Prema prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila: KLASA: UP/1-960-03/08-07/15, URBROJ: 558-01/2-08-2, od 24. studenoga 2008. po službenom oznakom HR M-3-1229.

2.1. Tehnički podaci

III

2.2. Mjeriteljske i izvedbene značajke (tablica 1)

Tip	GLP-W i GLP
Razred točnosti	III
Max (kg)	1...6000
n ≤ ¹⁾	6000
ni ≤ ²⁾	3000
Broj MPS/proizvođač – tip *	(1 do 4)/*
Tara	100% od Max
Predbirana tara	100% od Max ¹⁾ 100% od Max, ²⁾
Temperaturno područje	-10 °C / 40 °C
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)- proizvođač/tip	BIZERBA/ GT 240 ili GT-GC
Prijamnik tereta	Platforma, viseća vaga, zidna vaga

*MPS svih proizvođača odobrenih za uporabu u Europi

- 1) za mjerno područje jednodručne vage
2) za pojedinačno područje višepodručne vage

3. Ostalo

Prema navedenom rješenju o odobrenju tipa mjerila.