



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/12-04/53

URBROJ: 558-02-01-01/4-13-2

Zagreb, 08. veljače 2013.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“, broj 163/03,194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka SERVER MARK d.o.o., J. Martinovića 9, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

**RJEŠENJE O DOPUNI
RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DI-..., DI-... SVM i DS-...
 - proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh System Pte Ltd- Singapore, Shanghai Teraoka Electronic Co.Ltd- Shanghai i Server Mark d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Japan, Sinagapur, Shanghai-Kina, R.Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1257
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER MARK d.o.o., J. Martinovića 3, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 28. studenoga 2012. godine, zahtjev za dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“, broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage („Narodne novine“, broj 1/05, 11/05 i 42/07), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.


Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08 i 60/08) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (6 str.)

RAVNATELJ



Ismar Avdagić, dipl. iur.

Dostaviti:

1. SERVER MARK d.o.o., J. Martinovića 9, 10000 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02712-04/53

URBROJ: 558-02-01-01/4-12-2

PROIZVOĐAČ: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh System PTE LTD- Singapore,
Shanghai Teraoka Electronic Co.Ltd- Shanghai i Server Mark d.o.o.

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga
tip : DI-..., DI-... SVM i DS-...

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1257

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: Server Mark d.o.o.
J. Martinovića 9
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh System PTE LTD- Singapur,
Shanghai Teraoka Electronic Co.Ltd- Shanghai i Server Mark d.o.o.
Japan, Sinagapur, Shanghai-Kina, R.Hrvatska

Vrsta mjerila: Neautomatska elektromehanička vaga razreda točnosti:
(III)

Tip mjerila: DI-..., DI-... SVM i DS-...

Službena oznaka tipa: HR M-3-1257

2. Tehnički opis vage

Prema rješenju o tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/08-07/40, URBROJ:558-02/1-1-4-09-2, od 10. srpnja 2007. pod službenom oznakom HR M -3 -1257.

3. Tehnički podaci

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru mehaničkih i elektromehaničkih vaga, mjeriteljskih i izvedbenih značajki prema podacima navedenih u točki 3.2.

3.1. Razred točnosti

(III)

3.2. Mjeriteljske značajke

Na prvu ovjeru primat će se vage pod oznakom tipa DI-..., DI-... SVM i DS-..., proizvodnje Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh System PTE LTD- Singapur, Shanghai Teraoka Electronic Co.Ltd-Shanghai i Server Mark d.o.o. mjeriteljskih značajki kako slijedi u tablici 1:

Tablica 1.

Tip	<p>DI-55, DI-170, DI-180, DI-2000, DI-XXX DI ... SVM</p> <p>DS-55, DS-167, DS-204, DS-209, DS-470, DS-502, DS-770, DS-785, DS-870II, DS-XXX,</p>
Razred točnosti	III
n < može i više područja $n_i \leq$	6000 3000
Max \leq	1 kg...50000 kg
Područje tare Za višepodručne	\leq Max \leq Max ₁
Temperaturno područje	-10 °C / 40 °C

4. **Crteži za prepoznavanje mjerila**

Slika 1. i 2. DS-204, DS-209, DS-450, DS-470


Slika 3. i 4. DS-55, DS-167, DS-502, DS-785, DS-770, DS-870II

Slika 5., 6. i 7. DI-55, DI-170, DI-180, DI-2000


5. Ostalo prema izvornom rješenju o odobrenju tipa

Slika 1.

DS-204




DS-209




Slika 2.

DS-470




DS-450




Slika 3.

DS-55



DS-167



DS-502



DS-785




Slika 4.

DS-770




DS-870II




Slika 5.

DI-55




Slika 6.

DI-170



DI-180



Slika 7.

DI-2000

