

KLASA: UP/I-960-03/97-04/99  
URBROJ: 558-03/1-98-1  
Zagreb, 22. listopada 1998

**NOT APPROVED**

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke "TEHNIČAR SERVAG" donosi se

## **R J E Š E N J E**

### **o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
  - Vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - Tvornička oznaka mjerila: 1154-xx, 1454-xx
  - Proizvođač mjerila: Scan-Post A/S
  - Mjesto i država: Kobenhavn, Njemačka
  - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-140
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 1 stranice.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Tvrtka "TEHNIČAR SERVAG" podnio je 29. srpnja 1997 godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase – vage sa neautomatskim funkcioniranjem r.t. (I), (II), (III) i (IV).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

**R a v n a t e l j:**

dr. Jakša Topić