

KLASA: UP/I-960-03/04-07/134
URBROJ: 558-03/9-04-3
Zagreb, 25. studenoga 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke INTER - PROMET d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: WK35/40 i WK50
 - proizvođač mjerila: PFREUNDT
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-4-1003
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka INTER - PROMET d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 26. listopada 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. INTER - PROMET d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, Brozova 8
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/134

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: PFREUNDT

MJERILO: Elektromehanička vaga tip WK35/40 i WK50

Službena oznaka tipa:

HR M-4-1003

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/97-04/84, URBROJ:558-03/1-97-2, od 25. srpnja.1997. i KLASA:UP/I-960-03/98-07/69, URBROJ:558-03/1-98-2, od 17. studenog.1998. pod službenom oznakom HR M-4-1003.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja osim: Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga tipa WK 35/40 i WK50 mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	WK35/40 i WK50
Vrsta vage	Vage u zgrtalicama, kiperima, viličarima i vozilima za skupljanje otpada i sl.
Max (kg)	$\geq 1000 \text{ kg } (\geq 100e)$
Min	$\geq 100 \text{ kg } (\geq 10 e)$
e = (g)	$\geq 10 \text{ kg}$
n	≤ 300
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

3. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja.