

KLASA: UP/I-960-03/04-07/1
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 23. siječnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke EUROM d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: EC... i HC...
 - proizvođač mjerila: OPTIMA CONTROL SYSTEM
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Schwäbisch Hall, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-5-1017
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka EUROM d.o.o., Zagreb podnijela je ovom Zavodu, 12. siječnja 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za automatske vage ("Narodne novine" broj 189/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. EUROM d.o.o., 10000 Zagreb,
Borongajska 81 a
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/1

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: OPTIMA CONTROL SYSTEM

**Službena oznaka tipa:
HR M-5-1017**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip EC... i HC...

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju : KLASA:UP/I- 960-03/01-07/151, URBROJ:558-03/09-01-2, od 04. kolovoza 2001., pod službenom oznakom HR M-5-1017.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih automatskih vaga proizvodnje OPTIMA CONTROL SYSTEM, Njemačka tipa HC... .

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip	HC...
Razred točnosti	X(0,5), X(1), X(2)...
Max	≤ 15000 g
Min	≥ 750 g
e	≥ 0,1 g
n	≤ 7500

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage HC te način ovjere i zaštite natpisne pločice na EPU i kućištu MPS
Slika 2	Način zaštite pristupa kalibracionom prekidaču

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/04-07/1

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-5-1017

Slika 1

Ovjerni žig u obliku naljepnice



Natpisna pločica MPS

Zaštitni žig u obliku naljepnice


PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/1

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-5-1017

Slika 2



Zaštitni žig u obliku plastične plombe