



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — ВЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, пошт. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

ODOBRENJE Br.0212-7774/82

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list SFRJ«, broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima (»Službeni list SFRJ«, broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

R.O. "TEHNOSErvIS", 11000 BEOGRAD, Brankova ul. 13-15

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: AUTOMATSKA VAGA

DP 7

B. TIP MERILA: _____

C. PROIZVOĐAČ MERILA: "WOODMAN" Co., Inc., SAD

D. NAMENA MERILA: merenje i pakovanje krompirovog i ku-

kuruznog čipsa i sličnih proizvoda

E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M-5-3

neograničeno

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: _____
komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: _____

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila (»Službeni list SFRJ«, broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigovanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila (»Službeni list SFRJ«, broj 63/79).


UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa (»Službeni list SFRJ«, broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahoda i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

12.04. 3
BEOGRAD, 198



DIREKTOR

Milisav Vojičić, dipl.ing.

[Handwritten signature of Milisav Vojicic]

PRILOG ODOBRENJU BROJ: 0212-7774/1

- 1. Merno-tehničke karakteristike merila
 - 1.1. Klasa tačnosti (A)
 - 1.2. Merni opseg: od 10 g do 100 g
 - 1.3. Osnovne karakteristike konstrukcije merila

Merni uredjaj predstavlja elektromehanička vaga, koja se sastoji iz poluge sa pokretnim tegom i indukcionog pretvarača. Prijemnik je u obliku koša sa pokretnim dnom, a punjenje se vrši vibracionim dozatorom.

Komande za pražnjenje koša, grubo i fino punjenje, dobijaju se od indukcionog pretvarača.

Mašina za pakovanje sastoji se od dve paralelno postavljene automatske vase i pripadajućeg sistema.


- #### 1.4. Natpisi i oznake


Na vazi mora biti postavljena natpisna pločica sa sledećim sadržajem:

- automatska vaga za merenje
 - proizvodjač: "WOODMAN" Co.luc., SAD
 - tip: DP 7
 - opseg merenja: od 10 g do 100g
 - klasa tačnosti: (A)
 - službena oznaka: M-5-3
 - fabrički broj:
 - godina proizvodnje
 - električni priključci:V,Hz


- ## 2. Način pregleda i žigosanja

- 2.1. Pregled vršiti prema važećim tehničkim uslovima za automatske i poluautomatske vage i izmenama tehničkih uslova br.0210-1669 od 17.11.1971.godine.
 - 2.2. Posle izvršenog pregleda staviti osnovni žig i žig povremenog pregleda na natpisnu pločicu.





SL. 2



SL. 3.