



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ  
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE  
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMONITE KOVINE  
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

## ОДОБРЕНЈЕ Br. o215-1785

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SFRJ», broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima («Službeni list SFRJ», broj 13/76 i 74/80), na zahtev:

RJ "ŽITOMLIN" Svetozarevo mlin "Pobeda" Čuprija,

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

A. NAZIV MERILA: merilo mase sa automatskim funkcionisanjem

B. TIP MERILA: DN-1000-2

C. PROIZVOĐAČ MERILA: SSSR

D. NAMENA MERILA: za merenje mase u javnom saobraćaju

E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M-5-7

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: neograničen broj

komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: \_\_\_\_\_

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Odobrenje je radjeno na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa automatskim funkcionisanjem ("Službeni list SFRJ", br. 1/84)

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o višini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 63/79).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.


Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa («Službeni list SFRJ», broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zah-teva i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

BEOGRAD, 5. 04. 1984.

DIREKTOR  
Milisav Vojičić, dipl. ecc.



PRILOG ODOBRENJA BROJ 0215-1785

1. Merno-tehničke karakteristike merila
  - 1.1. Klasa tačnosti A
  - 1.2. Max merenje 1000 kg
  - 1.3. Min merenje 500 kg
  - 1.4. Ispitni podeok  $e=500$  g
  - 1.5. Radna temperatura od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$
  - 1.6. Merilo je konstruisano na principu prenosnih poluga sa jednim prijemnikom opterećenja
  - 1.7. Natpisi i oznake
    - proizvođač - SSSR
    - tip vage - DN - 1000 - 2
    - klasa tačnosti A
    - max merenje 1000 kg
    - min merenje 500 kg
    - ispitni podeok  $e=500$  g
    - kapacitet  $Q=60$  t/h
    - službena oznaka M-5-7
2. Način pregleda i žigosanja
  - 2.1. Ispitivanje se vrši tegovima klase tačnosti  $M_1$  i materijalom prema Pravilniku o metrološkim uslovima za vage sa automatskim funkcionisanjem ("Službeni list SFRJ", br. 1/84).
  - 2.2. Žigovi se stavljaju na uređaj za brojanje ciklusa merenja, osnovni i godišnji, na natpisnoj pločici
    - godišnji žig i na poluzi regulatora - osnovni žig

NAPOMENA, UZ ODOBRENJE: Primati na pregled i žigosanje samo ona merila kod kojih je izvršena rekonstrukcija da noževi na prenosnim polugama leže u istoj ravni.

