



САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Бр. 0215-505

Br. _____

St.

4.06.

1985 год./god./let.

5

11000 БЕОГРАД—БЕОГРАД—БЕЛГРАД
Mike Alasa 14, пошт. фах 746, тел. 183-736
TELEX: 11020 YU YUZMBG

PS/LJJ

"ASTRA"

OOUR "МАШИНОИМПЕКС"

Varšavska br. 9.

41000 Z A G R E B

O b r a z l o ž e n j e

Zahtevom: "ASTRA" OOUR, "MAŠINOIMPEX", Varšavska br.9. Zagreb, broj IV/MR/VK-7135 od 12.02.1984. godine, traženo je do- nošenje rešenja o odobrenju tipa merila iz tačke 1. ovog rešenja. Izvršenim ispitivanjem tipa merila ustanovljeno je da je merilo podesno za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove propisane Pravilnikom o metrološkim uslovima za vage sa automatskim funk- cionisanjem ("Službeni list SFRJ", br. 1/84).

Broj merila iz tačke 1. dispozitiva ovog rešenja ograničen je jer se ispitivanjem tipa ustanovilo da je max mogućnost merenja ovih merila znatno veća od stvarnih potreba a nema moguć- nosti da se izvrši ispitivanje celog opsega merenja merila.

Troškovi ispitivanja tipa merila naplaćuju se na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova za ispitivanje tipa merila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i merila ("Službeni list SFRJ", br. 44/84 i 4/85).


Na osnovu napred izloženog rešeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba mora biti taksirana sa 60.- dinara administrativne takse. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 3. Zakona o tarifi savez- nih administrativnih taksa ("Službeni list SFRJ", broj 20/84), u iznosu od 16.- i 60.- dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zahteva i poništene.

Co:

- MRS,
- KIS,
- OPKOP,
- Za "Glasnik" (6),
- Pisarnici.



REKTOR,
Milan Vojicic, dipl.ecc.

PRILOG REŠENJU BROJ 0215-505

1. Mernotehničke karakteristike merila
 - 1.1. Klasa tačnosti (A)
 - 1.2. Opseg merenja - samo 20 kg
 - 1.3. Najmanji podeok $d = 50$ g
 - 1.4. Merilo je konstruisano na principu prenosnih poluga i mernom napravom sa pomičnim tegom.
 - 1.5. Natpisi i oznake
 - proizvodjač - ROBERTS, Engleska
 - tip RFL
 - klasa tačnosti (A),
 - najmanji podeok $d = 50$ g
 - opseg merenja - samo 20 kg
 - službena oznaka M-5-9.
2. Način pregleda i žigosanja
 - 2.1. Ispitivanje se vrši tegovima klase tačnosti M_1 i materijalom, a prema Pravilniku o metrološkim uslovima za vase sa automatskim funkcionisanjem ("Službeni list SFRJ", br. 1/84).
 - 2.2. Merilo se žigoše osnovnim i godišnjim žigom na mestu predviđjenom za stavljanje žiga pri prvom i periodičnom pregledu. Osnovni žig stavlja se na natpisnu pločicu i na početku i kraju podele na mernoj napravi.

AVE

Σ

