



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/04-07/41
URBROJ: 558-02/1-1-08-2
Zagreb, 6. ožujka 2008.

Državni zavod za mjeriteljstvo, na temelju članka 219. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), radi ispravljanja pogreške u rješenju, donosi

ZAKLJUČAK

U rješenju o odobrenju tipa mjerila Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Klasa: UP/I-960-03/04-07/41, Urbroj: 558-03/9-04-2, od 3. prosinca 2004. godine, ispravljaju se ove pogreške:

I. U točki 1. alineja 1. umjesto "Automatska vaga", treba stajati "automatska nadzorna vaga".

II. U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, stranica 1., zaglavlje, umjesto "Elektromehanička vaga", treba stajati "automatska nadzorna vaga".

III. U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, točka 1., Vrsta mjerila, umjesto "Automatska vaga", treba stajati "automatska nadzorna vaga".

IV. U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, točka 3., tablica mjeriteljskih značajki treba izgledati:

Tip	S-Terminal
Razred točnosti	X(x ≥ 1)
Max	≤ 600 kg
Min	≥ 20 e (statički rad) ≥ 5 g (dinamički rad)
e	≥ 0,1 g
n	≤ 7500 može i više područja; po području
Temperaturno područje	0 °C do 40 °C
Elektronički pokazno-upravljački uređaj (EPU)	ID±, VS, VO, S, VL, VLb, Vc i E

Ispravak ovih pogrešaka upisat će se u izvornik rješenja o odobrenju tipa mjerila iz stavka 1. izreke ovog zaključka, i njegov je sastavni dio.

Obrazloženje

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdao je tvrtki METTLER TOLEDO d.o.o., Mandlova 3, 10000 Zagreb, rješenje o odobrenju tipa mjerila za automatsku nadzornu vagu tvorničke oznake mjerila S-Terminal, službene oznake tipa HR M-5-1022.

U točki 1. alineja 1. pogrešno je navedena vrsta mjerila "Automatska vaga".

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, stranica 1., zaglavlje, pogrešno je navedeno mjerilo "Elektromehanička vaga".

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, točka 1., pogrešno je navedena vrsta mjerila "Automatska vaga".

U prilogu rješenja o odobrenju tipa mjerila, točka 3., tablica mjeriteljskih značajki, pogrešno su upisane vrijednosti za Max, Min i e.

Kako se radi o očiglednim pogreškama u pisanju nastalih zbog propusta u obradi dokumentacije, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog zaključka.

Uputa o pravnom sredstvu:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.



Dostaviti:

1. METTLER TOLEDO d.o.o., Mandlova 3, 10000 Zagreb
2. OMP PJ – Zagreb, Rijeka, Split i Osijek
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda