

KLASA: UP/I-960-03/02-07/26  
URBROJ: 558-03/9-03-4  
Zagreb, 05. svibnja 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBELA PROMET d.o.o., 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: MICRO 43, ED 231, TA 4 i PR 1613
  - proizvođač mjerila: LOREV, MARINI
  - mjesto i država proizvodnje mjerila:
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1003
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka LIBELA PROMET d.o.o., 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 10. travnja 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

**R A V N A T E L J**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBELA PROMET d.o.o., 10 Zagreb,  
Davorina Bazjanca 1
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

**PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03-07/48

URBROJ: 558-03/9-03-2

**PROIZVOĐAČ: LOREV, MARINI**

**Službena oznaka tipa:**

**HR M-6-1003**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip:**

**MICRO 43, ED 231, TA 4 i PR 1613 (betonara, asfaltna baza)**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/01-07/82, URBROJ: 558-03/09-01-2, od 15. travnja 2001., i dopunama tipnih odobrenja KLASA:UP/I-960-03/098-07/63, URBROJ: 558-03/09-99-1, od 15. siječnja 1999. i KLASA:UP/I-960-03/01-07/48, URBROJ: 558-03/09-02-2, od 18. studenoga 2002. pod službenom oznakom HR M-6-1003.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju mjerila osim:  
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona i asfalta, tip PR 1613, proizvodnje Marini.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za filer	Vaga za bitumen	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...3000	200...500	200...500	do 30 kg
Razred točnosti	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i Ⓜ /2 i 3

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled postrojenja u Štikadi (Gračac) te način ovjere vage i zaštite natpisnih pločica
Slika 2	Način zaštite spojnih kutija kablova mjernih pretvornika sile

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnih odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/48

URBROJ: 558-03/9-03-2



Službena oznaka tipa:  
HR M-6-1003

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig u obliku naljepnice kalibracionog prekidača

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/48

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-6-1003

Slika 2



Zaštitni žig u obliku plastične plombe

