

KLASA: UP/I-960-03/02-07/69
URBROJ: 558-03/9-03-2
Zagreb, 10. listopada 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: Rome CZ, D-400
 - proizvođač mjerila: ORU
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Udine, Italija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1004
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 04. lipnja 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage za građevinarstvo ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR Alba d.o.o., 10000 Zagreb,
II Pračanska 6a
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03-07/69

URBROJ: 558-03/9-03-2

PROIZVOĐAČ: ORU

**Službena oznaka tipa:
HR M-6-1004**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip: Roma CZ, D-400

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/95-04/1102, URBROJ: 558-03/1-96-3, od 08.svibnja 1996. pod službenom oznakom HR M-6-1004.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju mjerila osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga za građevinarstvo ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona i asfalta, tip D-400, proizvodnje ORU.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu
Max (kg)	500...5000	200...1000	200...500
Razred točnosti	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3	Ⓜ /2 i 3

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU D-400 te način ovjere vage i zaštite natpisnih pločica Način zaštite kalibracionog prekidača i kabla MPS
Slika 2	

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/69

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-6-1004

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice



PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/69

URBROJ: 558-03/9-03-2

Službena oznaka tipa:
HR M-6-1004

Slika 2



Zaštitni žig u obliku
plastične plombe