

KLASA: UP/I-960-03/02-07/97
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 15. studenoga 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA - TEHNIČAR ALBA, d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: BZT 1200 E i AS 2000
 - proizvođač mjerila: AMMANN
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Langenthal, Švicarska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1005
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA – TEHNIČAR ALBA, d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 16. kolovoza 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA – TEHNIČAR ALBA,
10000 Zagreb, II Pračanska 6a
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila : KLASA:UP/I- 960-03/95-04/110,
URBROJ:558-03/1-96-2, od 08. svibnja 1996., pod službenom oznakom HR M-6-1005.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga u građevinske svrhe ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona i asfalta, proizvodnje AMMANN.

Elektronički pokazno – upravljački uređaji (EPU) je oznake tipa AS 2000, s izvedenim digitalnim pokazivanjem na zaslonu monitora uz ikonu svake vage i to:

- vaga za filer u sivoj boji
- vaga za dodatke u žutoj boji
- vaga za agregat u oker boji
- vaga za bitumen u plavoj boji

Kalibracija vaga vrši se putem računala i tipkovnice te je zaštićena brojčanom šifrom.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	100..1000	do 35 kg
Razred točnosti	Ⓜ / 3	Ⓜ / 2 i 3	Ⓜ / 2 i 3	Ⓜ / 2 i 3

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled postrojenja Izgled pokazivala mase i način ovjere te način zaštite natpisne pločice
Slika 3 Slika 4	Način zaštite kabla MPS i sklopa A/D Način preuzimanja sile od mase MPS

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1




Slika 2

Boja "SIVA"
Vaga za filer

Boja "OKER"
Vaga za dodatke

Boja "ŽUTA"
Vaga za agregat

Boja "PLAVA"
Vaga za bitumen




Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice

Slika 3



Sklopovi A/D vage



Zaštitni žig
(u obliku naljepnice ili
za klijesta)

Zaštitni žig u obliku naljepnice

Slika 4

