

KLASA: UP/I-960-03/99-07/71  
URBROJ: 558-03/9-99-2  
Zagreb, 24. rujna 1999

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke S.T.O. USLUGA-VAGOMEHANIKA, Duga Resa, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: TA, TT (1500...3500), TC (300...800), TV (150..400) i TD
  - proizvođač mjerila: GRADIS TOSIN d.o.o.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Ljubljana, R. Slovenija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1007
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka S.T.O. USLUGA-VAGOMEHANIKA, Duga Resa, podnijela je ovom Zavodu, 16. rujna 1999 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage za građevinske svrhe ("Narodne novine" broj 53/91 ) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

**RAVNATELJ**  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. S.T.O. USLUGA-VAGOMEHANIKA,  
47250 Duga Resa, Jozefinska cesta 52
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

## 1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/96-04/63, URBROJ:558-03/1-96-2, od 07. studenog 1996. pod službenom oznakom HR M-6-1007 i dopuni tipnog odobrenja KLASA: UP/I-960-03/99-07/35, URBROJ: 558-03/9-99-1 od 21. siječnja 1999.

## 2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju i dopuni tipnog odobrenja osim:

### 2.1. Mjeriteljske značajke


Tip	Vaga za agregat TT	Vaga za cement TC	Vaga za vodu TV	Vaga za dodatke TD
Razred točnosti	III / 3	III / 2	III / 2	III / 2
Max (kg)	1500...3500	300...800	150...400	30
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40
Broj mjernih pretvornika mase	4	3	1	1
Mjerni pretvornici mase - tip/r.t. - proizvođač	TA/C3 - LAUMAS - ili drugi odobreni za upotrebu u Europi	SB-2/C3 - EPEL - ili drugi odobreni za upotrebu u Europi	Z6F/C3 - HBM - ili drugi odobreni za upotrebu u Europi	SB-2/C3 - EPEL - ili drugi odobreni za upotrebu u Europi

## 4. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU ED231 i način ovjeravanja i zaštite

## 5. OSTALO


Prema izvornom rješenju i dopuni odobrenja tipa.



zaštitni žig za utiskivanje

ovjerni žig u obliku naljepnice

zaštitni žig u obliku naljepnice



Slika 1