

KLASA: UP/I-960-03/02-07/106
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 07. studenoga 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke S.T.O. USLUGA - VAGOMEHANIKA, Duga Resa, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: TA, TT (1500...3500), TC (300...800), TV (150..400) i TD i FA 192 IM
 - proizvođač mjerila: GRADIS TOSIN d.o.o. i Mesomatic
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Ljubljana, R. Slovenija i Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-6-1007
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka S.T.O. USLUGA - VAGOMEHANIKA, Duga Resa, podnijela je ovom Zavodu, 19. rujna 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. S.T.O. USLUGA-VAGOMEHANIKA,
47250 Duga Resa, Jozefinska cesta 52
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/96-04/63, URBROJ:558-03/1-96-2, od 07. studenog 1996. i dopunama odobrenja tipa: KLASA:UP/I-960-03/99-07/71, URBROJ:558-03/9-99-2, od 24. rujna 1999. i KLASA:UP/I- 960-03/99-07/76, URBROJ:558-03/9-00-1, od 03. travnja 2000. pod službenom oznakom HR M-6-1007.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju osim:
Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga u građevinske svrhe ugrađenih u postrojenja za proizvodnju betona u Vrboskom.

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip vage	Vaga za agregat	Vaga za cement	Vaga za vodu	Vaga za dodatke
Max (kg)	500...5000	200...2000	100..1000	do 35 kg
Razred točnosti	Ⓜ / 3	Ⓜ / 2 i 3	Ⓜ / 2 i 3	Ⓜ / 2 i 3

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled postrojenja Primorje d.d. u Vrboskom te izgled EPU ED 231 i način ovjere te način zaštite

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja.



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice



Slika 1